

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/17/2019

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę ambulansu sanitarnego typu C do SP ZOZ w Słupcy.”

1. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności pojazd bazowy wyposażony w centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem bez alarmu?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności dodatkową lampkę w kabinie kierowcy, od strony pasażera, umieszczoną w podsufitce do wypełniania dokumentów?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy bez czujników ciśnienia w oponach. Pragnę nadmienić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko pojazdy osobowe muszą być wyposażone w czujniki ciśnienia w oponach. Pojazd bazowy posiada homologację N1 a pojazdem M1 staje się dopiero na etapie skompletowania.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony po jednym światłem roboczym na bokach ambulansu oraz dwa w tylnej części zapewniające oświetlenie miejsce akcji. Światła roboczo uruchamiane tylko z panelu sterującego w kabinie kierowcy oraz panelu sterującego w przedziale medycznym

Odp. Zgodnie z SIWZ.

6. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w stały fotel na ścianie działowej – tyłem dokierunku jazdy, ze składanym siedziskiem, zagłówkiem, wyposażony w 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z bliskim dostępem do wezgięcia pacjenta. Ściana działowa bez drzwi, wyposażona w okno do kontaktu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

7. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ambulans zgodny z Polską Normą PN-EN 1789+A2:2015 wyposażony w zabudowę meblową na ścianach bocznych (lewej i prawej):

- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów,

- półki podsufitowe z drzwiczki oznakowanymi znakami graficznymi odpowiednimi dla przechowywanego tam wyposażenia,

- umożliwiające uporządkowane przechowywanie leków, środków jednorazowego użytku, sprzętu medycznego,

- na ścianie grodziowej zamykany schowek na środki psychotropowe z mechanicznym zamkiem.

Drzwiczki wykonane z materiału ABS który podczas wypadku nie łamie, kruszy się jak ma to miejsce przy drzwiczkach z pleksi która zachowuje się jak szkło i jest niebezpieczna dla pacjenta i zespołu medycznego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Prosimy o dopuszczenie dostawy ambulansu na kołach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Czy zamawiający dopuści w przedniej części dachu zintegrowaną z nadwoziem sygnalizację świetlną typu LED bez dodatkowych reflektorów typu LED do oświetlenia przedpoła? Stosowanie światła roboczego w przedniej części ambulansu jest dublowaniem światła pojazdu bazowego i nie jest opcją stosowaną przez załogi ambulansów. Konstrukcja lampy zespolonej nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Czy zamawiający dopuści w tylnej części dachu zintegrowaną z nadwoziem sygnalizację świetlną typu LED, ze światłami roboczymi do oświetlenia przedpoła ambulansu bez dodatkowych kierunkowskazów i światel pozycyjnych? Konstrukcja lampy zespolonej nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed uszkodzeniem mechanicznym. Ambulans dodatkowo wyposażony jest w awaryjne światła pomarańczowe w tylnych otwieranych drzwiach.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

16. Wnosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego wyposażonego w seryjne radio MP3.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

18. Prosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego wyposażonego w zbiornik paliwa o pojemności 71litrów.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Wnosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego z automatyczną skrzynią biegów oraz bez system wspomagania ruszania pod górę..

Odp. Zgodnie z SIWZ.

20. Czy zamawiający dopuści ambulans bez dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

21. Czy zamawiający dopuści ambulans z zewnętrznym schowkiem w konfiguracji:

- miejsce na dwie butle tlenowe,
- miejsce na materac próżniowy,
- miejsce na kamizelkę ked,
- miejsce na nosze podbierakowe.

Miejsce dla pozostałego wyposażenia w przedziale medycznym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. Wnosimy o dopuszczenie pojazdu bazowego bez system wspomagającego nagłe hamowanie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

23. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga wliczenia w cenę oferty przeglądów okresowych pojazdu bazowego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

24. Wnosimy o dopuszczenie panelu sterującego w przedziale medycznym bez informacji o temperaturze na zewnątrz pojazdu. Informację o temperaturę na zewnątrz pojazdu przekazuje komputer pokładowy pojazdu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

25. Wnosimy o dopuszczenie ambulansu zgodnego z EN PN 1789 z białym roboczym z trwałego materiału ABS odpornego na uszkodzenia i płyny stosowane w ambulansie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

26. Prosimy o dopuszczenie ambulansu wyposażonego w sygnał dźwiękowy modulowany o mocy 100 W umieszczonego w centralnej części pojazdu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Wnosimy o rezegnację z tylnych czujników parkowania. Kamera cofania wyposażona jest w wizualny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o przeszkodzie.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Wnosimy o zmianę punktu 7.3. Na: dodatkowe niezależne od silnika ogrzewanie typu powietrznego przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy 5 kW umożliwiające ogrzanie przedziału medycznego zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.5.1. W układzie grzałka 230 V do podgrzewania silnika. Niezależne ogrzewanie wodne nie spełnia wymogów normy PN EN 1789 w pkt. 4.5.5.1.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

**z up. Dyrektora
SP ZOZ w Słupcy**

Samodzielne stanowisko
ds. zamówień publicznych


Estera Urbaniak