

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/29/2019

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę aparatu ultrasonograficznego”.

1. Dotyczy pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu aparat ultrasonograficzny który posiada dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości 10,1 cala ? Tak mała różnica w żaden sposób nie będzie odczuwalna przy codziennym użytkowaniu sprzętu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat renomowanego japońskiego producenta w którym częstotliwość odświeżania obrazu B wynosi 1500 obrazów/s ? Granica ludzkich możliwości jeśli chodzi o przetwarzania klatek obrazowych wynosi maksymalnie 300 Hz powyżej człowiek nie jest w stanie zaobserwować różnicy w częstotliwości odświeżania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Dotyczy pkt. 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który posiada możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej +/- 80 stopni ? Funkcja ta działa również w pełni automatycznie.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4. Dotyczy pkt. 60,61

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny z głowicą kardiologiczną która jest wykonana w zdecydowanie lepszej technice Single Crystal niż oczekiwania Zamawiającego o częstotliwości 1,0-5,0 MHz, liczbie elementów 128 oraz kącie skanu 90 stopni ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

5. Dotyczy pkt. 72

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który posiada głowicę convex która posiada zakres częstotliwości 1,0-6,0 MHz , 960 elementów, 75 stopni kąt skanu oraz 15 pasm częstotliwości harmonicznnej ?

6. Dotyczy pkt. 76

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparatu ultrasonograficzny którego na dzień dzisiejszy nie posiada możliwości rozbudowy o obrazowanie 3D/4D ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Dotyczy pkt. 77

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który na dzień dzisiejszy nie posiada możliwości rozbudowy o głowicę kardiologiczną przezprzełykową 3D/4D ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy pkt. 79

Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat ultrasonograficzny który nie posiada na dzień dzisiejszy możliwości rozbudowy o opcję głowic wewnątrzsercowych ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Ad. Załącznik nr 5, pkt 90

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający komunikację w języku angielskim, mając na uwadze, że w nazewnictwie gros sformułowań przejętych zostało z języka angielskiego.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

Sporządziła: