

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/2/2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę tomografu komputerowego ze wstrzykiwaczem automatycznym, systemem PACS i teleradiologii wraz z wykonywaniem opisów badań.

Pytanie dotyczy pkt 5 części „wymagania ogólne” zał nr 6 do SIWZ

1. Czy Zamawiający wymaga wstrzykiwacza współpracującego z materiałami zużywalnymi jednorazowymi oraz wielorazowymi o certyfikowanej sterylności przez 12 godzin, z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DHEP (ftalany dietyloheksylu)?

Odp. Zamawiający wymaga wstrzykiwacza współpracującego z materiałami zużywalnymi jednorazowymi oraz wielorazowymi o certyfikowanej sterylności przez 12 godzin, z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalany dietyloheksylu).

2. Czy Zamawiający wymaga sterowania dostarczonym wstrzykiwaczem bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego?

Odp. Nie jest wymagane bezpośrednie sterowanie wstrzykiwaczem z konsoli tomografu komputerowego.

3. Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli wpisując dla tomografu pkt. „Lampa o zmiennej ogniskowej – Tak ,, ?

Odp. Lampa ma dobierać ognisko w zależności od zastosowanego protokołu badania.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.