

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/5/2020

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych do SP ZOZ w Słupcy.

Pakiet nr 1 poz. 1

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) poziom szczelności AQL 1,5 – jest to wymagany, akceptowalny zgodnie z normą europejską, poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych dający gwarancję bezpieczeństwa;
 - b) wewnątrz chlorowane lub polimeryzowane;
 - c) z grubością na palcu 0,08 mm – 0,10 mm;
 - d) pozbawione tiuramów, ftalanów, tiazoli, MBT potwierdzone deklaracją producenta, z odstępniem od ZMBT, BHT, BHA, TMTD oraz badań jednostki niezależnej;
- zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kategorii III.

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitrylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.