Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupcy
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl www.szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

Słupca, dn. 06.05.2020 r.

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/3/2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzi na pytania
część I

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Słupcy.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Czy Zamawiający może udostępnić wersję edytowalną dokumentów niezbędnych do przygotowania oferty?
Odp. Dokumenty w wersji edytowalnej są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Dotyczy Parametry Techniczne:
4. Dot. Pakiet nr 8, poz. 2 – Testy do sterylizacji
Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając testu wieloparametrowego klasy V, zamiast klasy IV?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. Pytanie nr 1
Pakiet 24 poz. 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie worka z niepełnymi uchwytami na palce, pozostałe parametry bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

6. Pytanie nr 2
Pakiet nr 24 poz. 13
Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na klipsy wraz z oświadczeniem producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, oraz nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli? Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym.
Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

7. Pytanie nr 3
Pakiet nr 38 poz. 1,2
Prosimy Zamawiającego o podanie średnicy wewnętrznej drenu np. 5mm, 6mm lub 7mm.
Odp. 6 mm

8. Pytanie nr 4
Dotyczy zapisów SIWZ
Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."
Odp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy Pzp.

9. Dotyczy części nr 4:
1. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 16 do odrębnego pakietu. Produkt znajdujący się z pozycji nr 16 nie jest już sprowadzany przez naszą firmę i nie wydzielenie go spowoduje brak możliwości złożenia oferty na pozostałe produkty będące w zadaniu nr 4.
Odp. Zamawiający usunie poz. nr 16 z pakietu.

10. Pakiet 37, pozycja 1
Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu, aby przedmiotowa myjka miała cechy myjki nasączonej środkiem dezynfekującym? Ograniczenie wymogu do środka myjącego powoduje dwukrotne obniżenie ceny przedmiotu zamówienia. W związku z tym prosimy o dopuszczenie myjki nasączonej środkiem myjącym o neutralnym pH 5,5 .
Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. Pakiet 37, pozycja 1
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy ma na myśli 2100 sztuk myjek czy też 2100 opakowań a'20 sztuk?
Odp. 2100 opakowań a'20 sztuk.

12. Pakiet 37, pozycja 1
Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu, wymaga, aby myjki (będące wyrobem kosmetycznym), posiadały karty charakterystyki oraz wpis do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych? Wpis produktu do europejskiego rejestru wyrobów kosmetycznych (CPNP) oznacza, że produkt i wszystkie składniki, zostały przetestowane pod względem bezpieczeństwa stosowania i jest gwarancją dla Zamawiającego, że użytkuje produkt sprawdzony i zarejestrowany zgodnie z obowiązującym prawem.
Odp. Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Dotyczy SIWZ
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?
Odp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy Pzp.

14. Załącznik nr 2 do SIWZ Formularz cenowy – opis przedmiotu zamówienia
Dotyczy pakietu nr 40
Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czujnik SpO2 jednorazowego użytku dla noworodków <3kg, dla

dorosłych >40kg?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

15. Dotyczy pakietu nr 49
Pytanie nr 2.
Prosimy o modyfikację ***ilości na rok*** asortymentu opisanego w pakiecie nr 49 poz. 2 (tj. Adaptery do pomiaru CO2 do Nihon Kohden) tak aby była ona wielokrotnością liczby 30, gdyż jest to najmniejsza oferowana przez producenta jednostka miary. Ponadto prosimy o dopuszczenie zaoferowania niniejszych adapterów w opakowaniach zbiorczych producenta 1op. = 30 szt.
Swoją prośbę motywujemy faktem, iż firma Nihon Kohden będąca producentem akcesoriów zamiennych do swoich monitorów oferuje w/w. adaptery w oryginalnych opakowaniach zbiorczych zawierających 30 sztuk adapterów. Konieczność dzielenia opakowań zbiorczych stanowi ryzyko uszkodzenia opakowań oryginalnych oraz podnosi cenę oferty, gdyż dostarczany towar wymaga ponownego pakowania.
Odp. Zamawiający wymaga 120 szt. na rok

16. Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy
Dotyczy §2
Pytanie nr 3.
Zważywszy na obecną sytuację epidemiologiczną panującą w kraju i na świecie oraz zwiększone zapotrzebowanie rynkowe na akcesoria medyczne wnosimy o wpisanie do wzoru umowy poniższego ustępu:
§2 ust. 6) Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Jeżeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia upływu określonego w niej terminu dostawy urządzeń wystąpi niezależna od Wykonawcy przeszkoda uniemożliwiająca Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, termin dostawy ulega zawieszeniu na okres trwania tej przeszkody, i zaczyna biec na nowo po jej ustaniu. Za niezależne od Wykonawcy przeszkody uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie dostawy urządzeń zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy strony uznają szczególności wszelkie decyzje władz publicznych związane z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz opóźnienia w dostawie asortymentu od producenta spowodowanie zwiększonym zapotrzebowaniem rynkowym na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu „Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy wypada w dniu wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie."

17. Załącznik 5 do SIWZ - Wzór Umowy
Pytanie nr 4.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę w okresie zwiększonego zagrożenia epidemicznego na dostarczenie faktury jedynie w wersji elektronicznej na adres mailowy, który zostanie w tym celu wskazany w umowie?
Odp. Tak.

18. Załącznik nr 5 do SIWZ – projekt umowy
Pytanie nr 5.
Prosimy o uwzględnienie w umowie zapisów regulujących występowanie siły wyższej zgodnie z poniższym wzorem:

Siła wyższa
§ ……

1. Wykonawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań z powodu zaistnienia siły wyższej, tj. jeżeli niewykonanie zostało spowodowane zdarzeniem wywołanym przyczyną zewnętrzną, będącym poza kontrolą Wykonawcy oraz gdy w chwili zawarcia Umowy niemożliwe było przewidzenie tego zdarzenia lub jego skutków, które wpłynęły na zdolność Wykonawcy do wykonania Umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie przez Wykonawcę samego zdarzenia lub przynajmniej jego skutków. Za siłę wyższą strony uznają w szczególności działania wojenne, klęski żywiołowe oraz epidemie, w tym również stan zagrożenia epidemicznego.

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu.

19. dot. pakietu nr 20 poz. 23 i 24
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 23, 24 statywów bez uchwytów i spełniających pozostałe wymagania.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

20. dot. pakietu nr 20 poz. 36
W poz. nr 36 Zamawiający umieścił statywy do przechowywania probówek o średnicy 13 i 16 mm w ilości 10 szt. Ponieważ statywy znajdują się w poz. 23 i 24 (po 5 szt. z każdej pozycji) prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający omyłkowo nie dodał w tabeli asortymentowo-cenowej pozycji nr 36.
Odp. Pozycja 36 została dodana omyłkowo.

21. dot. pakietu nr 20 poz. 36
Jeżeli Zamawiający pozostawi w tabeli asortymentowo-cenowej poz. 36, to ze względu na różne ceny statywów oraz różne nr katalogowe, prosimy o rozpisanie statywów w dwóch pozycjach 36 i 37. Prosimy również o odpowiedź, czy Zamawiający wymaga statywów z uchwytami czy bez uchwytów.
Odp. Pozycja 36 została dodana omyłkowo.

22. dot. pakietu nr 20 poz. 32
Zważywszy na fakt, iż minimalne opakowanie handlowe końcówek do pipet 5000 ul zawiera 250 szt. końcówek pakowanych w worku, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie zapotrzebowania na 12 miesięcy. Uwzględnienie minimalnej ilości w opakowaniu handlowym, zapobiegnie ewentualnym problemom podczas realizacji zamówienia. W przypadku braku zgody na przeszacowanie ilości prosimy o dopuszczenie końcówek pakowanych w statywy po 50 szt. (2 statywy po 50 szt.)
Odp. Zamawiający zmieni ilość na 250 szt.

23. dot. pakietu nr 20
Nad tabelą asortymentową Zamawiający zapisał zakres wymaganych parametrów granicznych (poz. 1-15 i 24-27). Zwracamy się z pytaniem, czy nie doszło do myłki i zapis nad tabela powinien być taki, jak pod tabelą: „Parametry graniczne zamkniętego systemu pobierania krwi dotyczą poz. 1-16 i 25-28".
Odp. Zamawiający poprawi zapis.

24. dot. zapisów SIWZ rozdział 3
Zamawiający zapisał, iż „oferowane produkty muszą posiadać świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia". Nie wszystkie produktu z pakietu nr 20 (dot. poz. 23, 24, 28-32, 36) zostały zakwalifikowane jako wyroby medyczne w myśl ustawy o wyrobach medycznych. W związku z tym, nie posiadają one świadectw rejestracji Ministerstwa Zdrowia. Dlatego prosimy o modyfikacje w/w zapisu na zapis następujący: „Oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać świadectwa rejestracji Ministerstwa Zdrowia".
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

25. dot. zapisów SIWZ rozdział 9 pkt 10.4 i 10
Zamawiający podał, iż oferta ma zawierać m.in. opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ). Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie tego załącznika na stronie Zamawiającego.
Odp. Do SIWZ wkradł się błąd. Nie ma takiego załącznika.

26. dot. zapisów Umowa § 2 ust. 1
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto"
Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. dot. zapisów Umowy § 5
Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Pakiet 18 poz. 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do EKG o pojemności 500ml z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 15 sztuk.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

29. Pakiet 18 poz. 7
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji żelu do EKG o pojemności 260ml.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

30. Pakiet 18 poz. 8
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji papier o wymiarach 50 mm x 30m? Pozostałe parametry bez zmian?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

31. Pakiet 18 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści w wyżej wymienionej pozycji papier o wymiarach 107x23?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

32. Pakiet 18 poz. 10
Czy Zamawiający w ww. pozycji miał na myśli saszetki 20g w ilości 30 sztuk?
Odp. Saszetki 20 g w ilości 300 szt.

33. Pakiet 22 poz. 1,2
Prosimy o sprecyzowanie wymaganych ilości elektrod. Czy Zamawiający oczekuje 500 i 5 opakowań elektrod po 50 sztuk?
Odp. 500 op. po 50 szt. i 5 op. po 50 szt.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ- pakiet nr 51
34. Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów kotwiczących stożkowych o średnicy 3,5mm zamiast 3,0mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. Czy w poz. nr 2 nie zaszła omyłka pisarska i zamiast zapisu „…rozmiarze #2USP (050mm)" powinno być„…rozmiarze #2USP (0,5mm)" ?
Odp. Tak, zaistniała pomyłka.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów wzoru umowy- pakiet nr 51:
36. Czy Zamawiający w §4 ust. 1 odstąpi od wymogu umieszczania daty ważności na produkcie o ile przepisy nie nakazują umieszczania takich informacji tj. na produktach niesterylnych? Przepisy określają kiedy i gdzie ma być umieszczona data ważności -wymóg dotyczy produktów sterylnych.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

37. Czy Zamawiający w §3 ust. 7 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury oraz obowiązek dostarczenia faktury do Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia wystawienia?
Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

38. Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1, iż trzykrotna zwłoka w dostawie uprawniająca do odstąpienia od umowy musi wystąpić w 3 kolejnych po sobie dostawach?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

39. Pakiet nr 42 Czy Zamawiający wyłączy z pakietu pozycję nr 2,3,5,6,9,10,11,12,13 i dopuści
Odp. Pakiet 42 – Sprzęt endoskopowy jest pakietem częściowym. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne pozycje.

40. Poz. 2 Kleszcze biopsyjne kompatybilne z endoskopami firmy Olympus pokryte warstwą hydrofilną, do wyboru z igłą i bez igły do pracy z kanałem maks. Ø 2,8 mm, elastyczne, z łyżeczkami pozwalającymi pobierać odpowiednią ilość tkanki , z podwójnym okienkiem i ząbkami lub bez, wyraźnie oznakowana data przydatności do użycia (sterylizacji), typ. Długość narzędzia 1200mm lub 1800 mm, 2300mm Kleszcze muszą posiadać możliwość do wykonywania biopsji stycznej.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

41. Poz. 9 Szczoteczki cytologiczne jednorazowego użytku kompatybilne z bronchofiberoskopem firmy Olympus, metalowa końcówka kontrastująca przy fluoroskopii, bardzo cienkie nylonowe włosie i optymalna twardość szczotki, średnica szczotki 2,0 mm, długość szczotki 10 mm, min. śr. kanału roboczego 2,0 mm, dł. robocza 1200 mm szt
Odp. Tak.

42. Poz. 10 Czy zamawiający wymaga do kanału roboczego 2,0mm
Odp. Tak.

43. Poz. 11 Igły do ostrzykiwania: Wykonane w technologii zapewniającej odporność na załamania Wyposażone w fabryczne zabezpieczenie przed przypadkowym wysunięciem igły w kanale endoskopu, Posiadające mechanizm blokujący położenie igły Dostępne długości robocze: 120 cm lub 180cm i 230cm Dostępne średnice osłonki: 1.8 i 2.3 mm, Dostępne średnice ostrza igły: 22 i 25 G, Dostępne długości ostrza igły: 5 mm
Odp. Tak.

44. Poz. 12 Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku kompatybilne z endoskopami firmy Olympus, z klipsem fabrycznie załadowanym do zestawu i gotowy do użycia bezpośrednio po rozpakowaniu, z możliwością otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem; dostępne długości robocze (1950 mm do 2300 mm); współpracujący z kanałem endoskopu o śr. 2,8 mm; posiadające funkcję rotacji; oznakowanie terminu ważności.
Odp. Tak.

45. Pakiet nr 5 poz. 1,2,4,5,8,16:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 5 pozycji 1,2,4,5,8,16 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

46. Pakiet nr 5 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę tlenową z drenem o długości 200cm ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak.

47. Pakiet nr 5 poz. 4:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 21 g
- Przestrzeń martwa 33 ml
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej >99,999%
- Złącza 22M/15F - 22F/15M

- Port kapno z koreczkiem zabezpieczającym
- Czas stosowania 24 godz
Odp. Tak.

48. Pakiet nr 5 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci HME o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 150 - 1500 ml
- Masa 35,6 g
- Skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%
- Skuteczności filtracji wirusowej >99,999%
- Hydrofobowa warstwa filtrująca
- Nawilżanie 37 mg/l H2O przy Vt=500ml
- Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.
- Złącza 22M/15F - 22F/15M
- Port kapno luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem
- Czas stosowania do 24 godz.
Odp. Tak.

49. Pakiet nr 6 poz. 24,25,26,27,28,29,46:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 6 pozycji 24,25,26,27,28,29,46 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

50. Pakiet nr 6 poz. 24, 25:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z rezerwuarem oraz drenem o długości 200cm, mikrobiologicznie czysta, w rozmiarze uniwersalnym standardowym dla dorosłych?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak.

51. Pakiet nr 6 poz. 26:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewnik do podawania tlenu mikrobiologicznie czysty ?
Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak.

52. Pakiet nr 6 poz. 27:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę tlenową z drenem o długości 200cm, mikrobiologicznie czystą, w rozmiarze standardowym uniwersalnym dla dorosłych oraz dla dzieci ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak.

53. Pakiet nr 6 poz. 28:
Czy Zamawiający zgodę na zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dorosłych o następujących parametrach :
Anatomicznie ukształtowana maska
Materiał PVC
Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
Taśma mocująca na głowie
Pojemność nebulizatora 8 ml
Dysza Venturiego
Blaszka dopasowująca do nosa
Produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty
Odp. Tak.

54. Pakiet nr 6 poz. 29:
Czy Zamawiający zgodę na zestaw do terapii tlenowej i aerozolowej dla dzieci o następujących parametrach :
Anatomicznie ukształtowana maska

Materiał PVC
Dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m ze standardowymi złączami
Taśma mocująca na głowie
Pojemność nebulizatora 8 ml
Dysza Venturiego
Blaszka dopasowująca do nosa
Produkt jednorazowy mikrobiologicznie czysty
Odp. Tak.

55. Pakiet nr 6 poz. 46:
1. Czy zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odp. Tak.

2. Czy zamawiający oczekuje, aby informacja o braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym?
Odp. Tak.

56. Pakiet nr 28 poz. 1:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatora silikonowego dla dorosłych o następujących parametrach :
- całkowita objętość worka 1475 ml,
- objętość oddechowa 1100ml podczas ściskania worka oburącz,
- objętość oddechowa 700ml podczas ściskania worka jedną ręką,
- objętość rezerwuaru tlenu 2600ml,
- maska w rozmiarze 5,
- Zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.
- wszystkie elementy poza rezerwuarem można sterylizować do 134°C.
Odp. Tak.

57. Pakiet nr 28 poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatora silikonowego dla dzieci o następujących parametrach :
- całkowita objętość worka 635 ml,
- objętość oddechowa 450ml,
- objętość rezerwuaru tlenu 2600ml,
- maska w rozmiarze 1,2,3,
- Zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.
- wszystkie elementy poza rezerwuarem można sterylizować do 134°C.
Odp. Tak.

58. Pakiet nr 28 poz. 3:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie resuscytatora silikonowego dla niemowląt o następujących parametrach :
- całkowita objętość worka 220 ml,
- objętość oddechowa 150ml,
- objętość rezerwuaru tlenu 1500ml,
- maska w rozmiarze 0,1,2,
- Zawór ograniczający ciśnienie wentylacji do 40 cm H2O zapewnia bezpieczeństwo pacjenta.
- wszystkie elementy można sterylizować do 134°C.
Odp. Tak.

59. Pakiet nr 28 poz. 4:
Prosimy o informację czy resuscytator jednorazowy ma być dla dorosłych, dzieci czy niemowląt ?
Odp. Dla dorosłych, dzieci i niemowląt.

60. Pakiet nr 28:
1. Czy zamawiający oczekuje, aby resuscytatory były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wykazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?
Odp. Tak.

2. Czy zamawiający oczekuje, aby informacja o braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zwartości ftalanów w wyrobie medycznym?
Odp. Tak.

61. Pakiet nr 29 poz. 4,5,6,8:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 14 pozycji 3 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

62. Pakiet nr 29 poz. 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra do tracheostomii z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach :
- Objętość oddechowa VT 50 - 1000 ml
- Opór przepływu 0,63cm H2O przy 30l/min
  1,8 cm H2O przy 60l/min
  3,5 cm H2O przy 90l/min
- Masa 8,4 g
- Przestrzeń martwa 15 ml
- Nawilżanie po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml
  po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml
- Port do odsysania z zatyczką umieszczony centralnie
- Średnica portu do odsysania 6,1 mm
- Powierzchnia wymiennika > 500 cm2
- Wkład celulozowy higroskopowy
- Złącza 15mmF - do rurki tracheostomijnej stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostom.

Odp. Tak.

63. Pakiet nr 29 poz. 8:
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego o stałej długości 300cm dwie rury? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Tak.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego z dzieloną membraną o stałej długości 300cm ?Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

64. Pakiet nr 32 poz. 21:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 32 pozycji 21 co umożliwi złożenie bezpośredniemu dystrybutorowi korzystnej oferty dla Zamawiającego?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

65. Pakiet nr 33 poz. 2,4,5,6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 33 pozycji 2,4,5,6 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

66. Pakiet nr 33 poz. 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maskę w rozmiarach od 1 do 6, nie zawierają PCV, nie zawierają szkodliwych ftalanów, przeźroczysta kopuła zapewniające doskonałą widoczność wykonana z polietylenu, delikatny, miękki mankiet zapewniający dobre dopasowanie do twarzy wykonany z
termoplastycznego elastomeru (termoplastycznych olefin), lekkie, wysokiej jakości, łatwe w utylizacji.
Odp. Tak.

67. Pakiet nr 33 poz. 6:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski anestetycznej w rozmiarach od 3 do 5 dla dorosłych ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na maski anestetyczne z kodowanym rozmiarem na opakowaniu ? Pozostałe parametry zgodnie z SWIZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

68. Czy Zamawiający, ze względu na niejednorokdny charakter produktów wyrazi zgodę na wydzielenie z **Pakietu nr 30 poz. 3** do oddzielnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udzia łu w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

69. Pytanie 1.: Odnośnie poz. 11 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie wkradła się omyłka pisarska ww. pozycji? Użyte określenie jest nieznane w piśmiennictwie fachowym.
Odp. Zamawiający usunie pozycję nr 11.

70. Pakiet 1, poz. 18,21, 25-28,32-38
Czy zamawiający wydzieli poz. 18,21, 25-28,32-38 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

71. Pakiet 1, poz. 28,35,
Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

72. Pakiet 1, poz. 32
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

73. Pakiet 1, poz. 36-38
Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

74. Pakiet 1, poz. 36-38
Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

75. Pakiet 1, poz. 36-38
Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

76. Pakiet 2, poz. 8,13
Czy zamawiający wydzieli poz.8,13 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

77. Pakiet 2, poz. 8,13
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

78. Pakiet 2, poz. 8,13
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule/zastawki, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portem i nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny. Zamawiający wymagając koreczków tego samego producenta co kaniule/zastawki uniemożliwia przystąpienie do przetargu innym firmom, które nie posiadają w swoim asortymencie kaniul i koreczków tej samej firmy, a tym samym wpływa to na zakłócenie konkurencyjności postępowania i na zwiększenie cen ofert.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

79. Pakiet 6, poz. 16,18-21,32-34
Czy zamawiający wydzieli poz. 16,18-21,32-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

80. Pakiet 6, poz. 16
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

81. Pakiet 6, poz. 16
Czy zamawiający dopuści worki z drenem o długości ok. 90 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

82. Pakiet 6, poz. 18-19
Czy zamawiający dopuści produkty sterylne?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

83. Pakiet 6, poz. 20-21,33-34
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

84. Pakiet 6, poz. 20
Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

85. Pakiet 50, poz. 1-3
Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

86. Pakiet 50, poz. 1-3
Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

87. Pakiet 20, poz. 1
Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j.uż. , mały o szerokości łyżki 24 mm (S)?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

88. Pakiet 20, poz. 1
Czy zamawiający dopuści rozwieracz ginekologiczny typu CUSCO j.uż. , bardzo mały o szerokości łyżki 20 mm (XS)?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.