Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupcy
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl www.szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

Słupca, dn. 06.05.2020 r.

Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/3/2020

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Odpowiedzi na pytania
część II

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Słupcy.

1. Pakiet 23 poz. 5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostarczanego obecnie zestawu do porodu o następującym składzie:
1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)
10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm
1 ręcznik 30 cm x 20 cm
1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm
1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm
1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem wykonanym z folii PE.
Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o grubości 20 µm i włókniny polipropylenowej- spunbond) o gramaturze 30 g/m2. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

2. Czy Zamawiający w pozycji 11 część 5 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwia proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR I długości cewnika: 19/40, 23/44, 28/49, 33/54 do wyboru przez Zamawiającego?
Charakterystyka zestawu:
- radiocieniujący cewnik
- zastosowana technika typu „Over The Wire" - bez rozrywalnej koszulki
- silikonowe przedłużki
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J" z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający

- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadła 12 Fr i 16 Fr
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 11 z części 5 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

3. Pytanie nr 1 – dotyczy pakietu nr 52 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 52 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw podstawowy serwety niezawierające celulozy i wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m2. Odporność na przenikanie cieczy – 165 cm H_2O.

Skład :
- 1 niebieska osłona na stolik Mayo o wym. 79x145cm
- 1 górna samoprzylepna serweta o wym. 150x240cm
- 1 dolna serweta samoprzylepna o wym. 180x180cm
- 2 boczne serwety samoprzylepne o wym. 75x90cm
- 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny poliestrowej 9x50cm
- 2 ręczniki 30,5 x 34cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec", posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające min. nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy rodzaj sterylizacji. Zestawów serwet zgodne z normami MDD 93/42, EN13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

Odp. Zgodnie z SIWZ.

4. Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 52 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Jałowy zestaw do chirurgii dłoni/ stopy - wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o gramaturze 60 g/m2 wzmocnionego włókniną typu polipropylenową o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2. Odporność materiału na przenikanie cieczy – 165 cm H_2O. Chłonność w strefie krytycznej – 990%

Skład :
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
- 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
- 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 3,5 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o wym. 150 x190 cm.

Zestaw w opakowaniu typu „folia-Tyvec", posiadającym cztery samoprzylepne naklejki transferowe zawierające min. nazwę marki, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Na opakowaniu zbiorczym kolorowy rodzaj sterylizacji. Zestawów serwet zgodne z normami MDD 93/42, EN13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

Odp. Zgodnie z SIWZ.

5. SIWZ:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach, w których jednostka miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)".
Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe to czy wyrazi zgodę na podawanie cen za opakowanie handlowe?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podawanie cen jednostkowych netto za 1 szt. z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

6. Pytanie 2
Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy Pzp.

7. Pytanie 3
Prosimy o zmieszczenie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.
Odp. Dokumenty w wersji edytowalnej są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

PROJEKT UMOWY:

8. Dotyczy § 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto"?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

9. Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt 1 i ust. 2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5% wartości umowy pozostałej do realizacji?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

10. Dotyczy § 5 ust. 1 podpunkt 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary do 0,1% ceny niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 183,5% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

11. *OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:*

Dotyczy pakietu 15

pozycja 2,3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i pojemności całkowitej 140 ml?

Odp. Tak.

pozycja 10

Czy Zamawiający potwierdza wielkość rocznego zapotrzebowania na zatyczki w ilości 3000 szt.?

Odp. Tak.

pozycja 13

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem wymazówek „z PS"? Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymazówek z trzonkiem z PS w probówce transportowej wykonanej z PP, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Pytanie 1 Pakiet 40 Pozycja 1

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie czujnika SPO2 jednorazowego użytku – do Nihon Kohden – jednorazowy dla noworodków (<3kg), dla dorosłych (>40kg), klejowy / bezklejowy ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Pytanie 2 Pakiet 40 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. Massimo, Nellcor.

14. Pytanie 3 Pakiet 44 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odp. Massimo, Nellcor.

15. Pytanie 4

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do **żadnej** grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zgodnie z zapisami SIWZ oraz przepisami ustawy Pzp.

16. Pakiet nr 1 poz. 12-15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawek 2czesciowej z niebieskim tłokiem z małym przewężeniem w części środkowej. Przedłużona skala o 20% z nazwa producenta na korpusie bez kolorystycznego kodowania opakowań handlowych?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

17. Pakiet nr 1 poz. 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowym strzykawek pakowanych po 80 sztuk?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

18. Pakiet nr 1 poz. 27

Czy Zamawiający wymaga strzykawki cewnikowej z dwoma reduktorami luer ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

19. Pakiet nr 1 poz. 1-15,27-30,35-40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Pakiet nr 1 poz. 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki z logo umożliwiającym identyfikacje wyrobu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

21. Pakiet nr 1 poz. 29
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odpuszczenie wymogu potwierdzania przez producenta strzykawek bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

22. Pakiet nr 1 poz. 35
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę w kolorze bursztynowym?
Odp. Tak.

23. Pakiet nr 1 poz. 36
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z ftalanami?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Pakiet nr 1 poz. 35,37,40
Czy wykonawca dobrze rozumie ze zamawiający pisząc kolor zaciemniony ma na myśli kolor np. bursztynowy?
Odp. Tak.

25. Pakiet nr 1 poz. 38
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetoczeń krwi z komora kroplowa wykonana z medycznego PVC?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Pakiet nr 2 poz. 1-8, 13
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/ pozycji do osobnego pakietu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

27. Pakiet nr 2 poz. 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgode na odpuszczenie wymogu potwierdzania badaniami biokompatybilności biologicznej?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

28. Pakiet nr 2 poz. 1-7
Czy Zamawiający wyrazi zgode na dopuszczenia kaniul wykonanych z FEP z zastawka antyzwrotna?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

29. Pakiet nr 2 poz. 3
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniul w jednym rozmiarze?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

30. Pakiet nr 2 poz. 8,13
Czy zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie koreczków w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100sztuk?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

31. Pakiet nr 2 poz. 9
Czy zamawiający odstąpi od wymogu pochodzenia zastawki od tego samego producenta?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

32. Pakiet nr 3 poz. 1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

33. Pakiet nr 3 poz. 1
Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli wykonanej z FEP?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

34. Pakiet 28
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 1 resuscytatora o pojemności worka 1500 ml oraz o pojemności rezerwuaru 2500 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 2 resuscytatora o pojemności worka 550 ml oraz o pojemności rezerwuaru 2500 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji nr 3 resuscytatora o pojemności worka 280 ml oraz o pojemności rezerwuaru 600 ml?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

35. Dot. Pakietu 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pieluchomajtek w rozmiarze L o obwodzie 100-150 cm?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

36. Dot. Pakietu 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?
Odp. Zamawiający wymaga.

37. Dot. Pakietu 7 poz. 1:
Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował pieluchomajtki - dwa różne produkty odpowiadające rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Jeżeli tak, jakie ilości na rok z poszczególnych rozmiarów będą zamówione? Prosimy o rozdzielenie tych dwóch pozycji w formularzu cenowym ze wskazaniem ilości poszczególnych rozmiarów, co pozwoli na złożenie korzystniejszej cenowo oferty.
Odp. Zamawiający wymaga L – 19000, XL – 1000.

38. Dot. Pakietu 7 poz. 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały świadectwo PZH, które potwierdza i dokumentuje, iż wyrób nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz jest przeznaczony dla dzieci?
Odp. Zamawiający wymaga.

39. Dot. Pakietu 7 poz. 2:
Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki posiadały udokumentowaną pozytywną opinię użytkowników w postaci Opinii Instytutu Matki i Dziecka?
Odp. Zamawiający wymaga.

40. Dot. pakietu 23 poz. 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie folii chirurgicznej o wymiarach 55x45 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

41. Dot. pakietu 23 poz. 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów z tkaniny SMS o gramaturze 35 g/m^2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

42. Dot. Pakietu 23 poz. 4:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartuchów o długościach 125 cm - L i 140
Odp. Zgodnie z SIWZ.

43. Dot. Pakietu 23 poz. 5:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:
a) 10 x kompres włókninowy 10x10 o gramaturze 40g/m^2
b) 1 x kompres włókninowy 10x20 o gramaturze 40g/m^2
c) 1 x podkład nieprzemakalny 90x60 cm o chłonności 2 000g
d) 2 x serweta włókninowa o wymiarach 80 cm x 60 cm
e) 1 x serweta pod pośladki w kształcie kieszeni na płyny o wymiarach 90 cm x 113 cm, wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, wyposażona w szeroką zakładkę, która umożliwia aseptyczną aplikację serwety pod pośladki pacjentki
f) 1 x serweta o wymiarach 190 cm x 150 cm na stół instrumentariuszki, wykonana z nieprzemakalnego chłonnego laminatu o gramaturze warstw: włóknina 35 g/m^2, folia 47 g/m^2 (stanowiąca wewnętrzne owinięcie zestawu)?
Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 Na opakowaniu etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

44. Dot. Pakietu 23 poz. 6:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu w składzie:
a) 1 x serweta 320 x 230 cm z laminatu o gramaturze 62g/m^2, ze wzmocnieniem wokół pola operacyjnego 120 x 80 cm (gram. łączna 125 g/m^2, wytrzymałość na wypychanie na mokro min 200 kPa) z elastycznym otworem o średnicy 6 cm
b) 1 x osłona na kończynę 75 x 37 cm
c) 2 x taśma medyczna samoprzylepna 9 x 50 cm
d) 2 x kompres włókninowy 10 x 20 cm, gram. 40 g/m^2
e) 1 x serweta na stolik Mayo 145 x 80 cm
f) 1 x serweta na stół instrumentariuszki 190 x 150 cm

Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 wymagania wysokie. Dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

45. Dot. Pakietu 43 poz. 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z peanem dł. 13 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

46. Dot. Pakietu 43 poz. 2:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą z laminatu w rozmiarze 50 cm x 50 cm, zestaw w opakowaniu miękki blister? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

47. Pakiet 1, pozycja 1-8
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

48. Pakiet 1, pozycja 16-26
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

49. Pakiet 1, pozycja 30-34
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

50. Pakiet 1, pozycja 39-40
Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje do osobnego pakietu, co pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

51. Pakiet 1, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarze CH 24 x 400mm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

52. Pakiet 1, pozycja 18
Czy Zamawiający dopuści wycenę szpatułek za opakowanie a'100 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

53. Pakiet 1, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści kompres absorbujący włókninowy w rozmiarze 20x25?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

54. Pakiet 1, pozycja 21
Czy Zamawiający ma na myśli stazy zawierające 25 szt. na rolce?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

55. Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści majtki diagnostyczne w rozmiarze uniwersalnym?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

56. Pakiet 1, pozycja 22
Czy Zamawiający dopuści majtki diagnostyczne w rozmiarze XL?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

57. Pakiet 6, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści dren Redona długości 800mm dla rozmiarów CH10-CH18?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

58. Pakiet 6, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarach CH12 – CH22?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

59. Pakiet 6, pozycja 13
Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia niemowląt w rozmiarach CH5 – CH10?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

60. Pakiet 6, pozycja 18-19
Czy Zamawiający dopuści produkty sterylne?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

61. Pakiet 6, pozycja 20
Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną równoważną dla typu Karasiński, niealergizującą, bez lateksu, bez zawartości ftalanów, wykonaną z miękkiego i delikatnego winylu?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

62. Pakiet 6, pozycja 28
Czy Zamawiający dopuści zestaw do terapii tlenowej z nebulizatorem pojemności 8ml i drenem długości 210cm±5%?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

63. Pakiet 6, pozycje 28-29
Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylne?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

64. Pakiet 6, pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetkę chłonną wykonaną z 100% celulozy, gramatura 56g/m2, chłonność 530%, sterylizowana radiacyjnie?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

65. Pakiet 6, pozycja 47
Czy Zamawiający dopuści sterylną, jednorazową osłonkę na uchwyt do lamp operacyjnych o parametrach:
Wysokość samego uchwytu: 8 cm
Wysokość całkowita: 8,5 cm
Średnica otworu: 3 cm
Średnica kołnierza: 13 cm
Pakowane pojedynczo, opakowanie 60 szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

66. Pakiet 12, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 40g/m2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

67. Pakiet 12, pozycja 15
Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a'25szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

68. Pakiet 12, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści podkład ochronny o dł. 50cm i szer. 33cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

69. Pakiet 12, pozycja 16
Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

70. Pakiet 12, pozycja 16
Jednostką miary jest opakowanie czy pojedynczy podkład?
Odp. Opakowanie.

71. Pakiet 12, pozycja 17
Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

72. **Pakiet 12, poz. 17**
Czy Zamawiający dopuści zestaw dla noworodków o składzie:
kocyk 160 x75,
podkład chłonny 60x60 cm
serweta 80 x 60 cm,
czapeczka
Odp. Zamawiający dopuszcza.

73. **Pakiet 16, pozycje 1**
Czy Zamawiający dopuści kateter do embolektomii o długości jedynie 80 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

74. Pakiet 18, pozycja 8
Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Philips w rolce 50mm x 30m?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

75. Pakiet 18, pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 15 w rolce 106mm x 25m?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

76. Pakiet 18, pozycja 10
Czy Zamawiający ma na myśli żel w saszetkach 20g?
Ponadto prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 30 saszetek a'20g?
Odp. Saszetki 20 g w ilości 300 szt.

77. Pakiet 22, pozycje 1 - 2
Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

78. Pakiet 23, pozycja 3
Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę chirurgiczną w rozmiarze 35 x 120 cm z jedną taśmą lepną w zestawie?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

79. Pakiet 23, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z włókniny SMS?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

80. Pakiet 23, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny w opakowaniu z 4 etykietami typu TAG do archiwizacji danych?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

81. Pakiet 23, pozycja 4
Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny o długości dla rozmiaru M: 124 cm, L: 128 cm, XL: 138 cm, XXL: 157 cm?
Odp. Zgodnie z SIWZ.

82. Pakiet 23, poz. 5
Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu - skład zestawu:
a) 10 x kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm z włókniny kompresowej o gramaturze 30 g/m2
b) 1 x ręcznik celulozowy 30 cm x 30 cm (zamiast 30 x 40 cm)
c) 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 (zamiast 57,5 g/m2)
d) 1 x serweta do owinięcia noworodka o wymiarach 80 x 75 cm (zamiast 90
cm x 100 cm), wykonana z miękkiej i chłonnej włókniny w kolorze białym, o gramaturze 40g/m2 (zamiast 60 g /m2)
e) 1 x serweta porodowa 114 x 150 cm wykonana z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2, wzmocniona, zintegrowana z torba do zbiórki płynów o wymiarach 78 x 80 cm wyposażoną w sztywnik
f) 1 x serweta o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z nieprzemakalnego chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 (zamiast 57,5 g/m2) (stanowiąca wewnętrzne owinięcie zestawu)
Całość owinięta w serwetę z polipropylenu (zamiast w papier krepowy) o min. wymiarach 70x 70 cm
Ułożenie poszczególnych komponentów, po otwarciu zestawu, powinno być zgodne z powyższą listą: gdzie „a" jest pierwszą warstwą od góry, a „f" ostatnią i jednocześnie stanowi osłonę stolika instrumentarium. Dopuszcza się tolerancję rozmiarów +/- 3 cm. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy PN EN 13795 Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Serwety
powinny posiadać oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

83. Pakiet 23, pozycja 6
Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kolana o składzie:
Obłożenie operacyjne wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m2,. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m2. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa.

Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H_2O. Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.
Skład zestawu:
· 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
· 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
· 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
· 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm.
· 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
· 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów
· 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
Odp. Zgodnie z SIWZ.

84. Pakiet 43, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania o składzie:
-serweta do owinięcia zestawu 45 x 75 cm (zamiast 50 cm x 60 cm)
- serweta w rozm. 50cm x 75cm, z centralnym otworem 6cm x 8cm, bez rozcięcia
-rękawice nitrylowe w rozmiarze M – 1 para
-tupfery kule 17N 15x 15 4szt
- kompresy gazowe 17N8W 7,5 x 7,5 (o gramaturze min 1,1g)- 5szt
-pęseta plastikowa 13cm – 1 szt
-pean plastikowy 13,5-14,5cm -1szt
- nerka plastikowa o poj. 300 ml – 1 szt
- ampułka z wodą jałową 10ml, dołączona do zestawu na zewnątrz opakowania – 1 szt
Opakowanie typu folia-papier. Zestaw w opakowaniu folia-papier z etykietą z wklejkami typu TAG do wklejenia do dokumentacji medycznej, do opakowania doklejona ampułka z wodą 10ml
Odp. Zgodnie z SIWZ.

85. Pakiet 43, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zmiany opatrunku o składzie:

1 szt.	Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2-warstwowa, z centralnym otworem o śr. 7cm
1 szt.	Serweta chirurgiczna 50cm x 60cm 2-warstwowa
1 szt.	Pojemnik 120ml
6 szt.	Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm
1 szt.	Pęseta plastikowa dł. 13cm
2 szt.	Rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M

Opakowanie: folia-papier
Odp. Zgodnie z SIWZ.

86. Pakiet 43, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:

1 szt.	Pojemnik 3-komorowy
8 szt.	Kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm
1 szt.	Nożyczki metalowe IRIS, proste 11,5cm
1 szt.	Pęseta anatomiczna metalowa dł. 14,5cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

87. Pakiet 43, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:

1 szt.	Nerka z tworzywa
3 szt.	Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm z nitką RTG
1 szt.	Pęseta plastikowa dł. 13cm
1 szt.	Pęseta metalowa ADSON dł. 12cm
1 szt.	Ostrze do ściągania szwów długie 11cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

88. Pakiet 43, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:

6 szt.	Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm
1 szt.	Pęseta plastikowa dł. 13cm
1 szt.	Ostrze do ściągania szwów długie 11cm
2 szt.	Rękawice lateksowe bezpudrowe rozm. M

Odp. Zgodnie z SIWZ.

89. Pakiet 43, poz. 3
Czy Zamawiający dopuści zestaw do usuwania szwów o składzie:

3 szt.	Tupfer gazowy 17N 20cm x 20cm
1 szt.	Pęseta ADSON metalowa dł. 12cm
1 szt.	Pęseta plastikowa niebieska, dł. 13 cm
1 szt.	Ostrze do ściągania szwów krótkie 6,5cm

Odp. Zgodnie z SIWZ.

90. Pakiet 43, poz. 4
Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłucia lędźwiowego o składzie:
-serweta 70 x50
-serweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego dla płynów o gramaturze 60g/m2 o wymiarze 50cm x 75cm z otworem o średnicy 7cm
- strzykawka 2ml
-strzykawka 5ml
-igła 1,2 x 40
-igła 0,5 x 25
- kompres z gazy 13N 8W 7,5cm x 7,5cm – 10 szt
-opatrunek w wkładem chłonnym 7,2 x 5
-pęseta plastikowa
- opakowanie folia-papier
Odp. Zgodnie z SIWZ.

91.Pakiet 43, poz. 5
Czy zamawiający dopuści zestaw do wkłucia centralnego:
- serweta 70 x 50 cm
-serweta z laminatu dwuwarstwowego barierowego dla płynów o gramaturze 60g/m2 o wymiarze 50cm x 75 cm z centralnym nieprzylepnym otworem 6 x 8 cm
-kompresy gazowe 17N8W 7,5 x 7,5 (o gramaturze min 1,1g) - 10szt
- tupfery kule 17N 20 x 20 -10szt
-peseta plastikowa 13cm- 1szt
-strzykawka 10ml
-strzykawka 20ml
-igła 1,2 x 40
-igła 0,8 x 40
-ostrze nr 11
-imadło metalowe 15cm
- opakowanie folia-papier

Odp. Zgodnie z SIWZ.

92. Pakiet 45, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonke za opakowanie a'144 szt. z przeliczeniem i zaokrągleniem „w górę" ilości do 13 opakowań?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

93. Pakiet 52, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet uniwersalnych o składzie:
Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H_2O.

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm

Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

94. Pakiet 52, pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do chirurgii dłoni/stopy o składzie:
Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H_2O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 300 cm z otworem samouszczelniającym się o średnicy 3,5 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

<u>95. Pytanie 1, dotyczy pakietu 11 pozycja 2</u>
Czy Zamawiający dopuści czepek o wymaganiach jak w SWIZ pakowany w kartonik w formie podajnika po 60szt?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

<u>96. Pytanie 2, dotyczy pakietu 11 pozycja 7</u>
Czy Zamawiający półmaskę filtrującą chirurgiczną mocowaną na gumki, o kształcie kaczego dziobu, spełniająca wymagania normy 149:2001 FFP2?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

97. Dotyczy: sposób obliczania ceny – pakiet 15
Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto i brutto z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Określenie w formularzu cenowym cen jednostkowych (w szczególności c.j. brutto) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku za sztukę np. szkiełek, probówek, ez, probówek. itp. drobnego sprzętu laboratoryjnego jest niemożliwe i mocno zakrzywia wartość rynkową produktu czyniąc go produktem rażąco tanim lub o rażąco wysokiej cenie.
Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na podawanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku, prosimy o dopuszczenie podawania cen za opakowanie handlowe i odpowiednią modyfikację formularza cenowego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podawanie cen jednostkowych netto za 1 szt. z dokładnością do trzech miejsc po przecinku.

98. Dotyczy pakietu nr 29 – pojemniki histopatologiczne

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 pojemniki na wycinki histopatologiczne z **PP** z wciskaną pokrywą zapobiegającą wydostanie się cieczy na zewnątrz o pojemności **3000 ml** ?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycji nr 5 pojemniki na wycinki histopatologiczne z **PP** z wciskaną pokrywą zapobiegającą wydostanie się cieczy na zewnątrz o pojemności **2300 ml** ?
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pozycjach 1 – 6 pojemniki wycinki histopatologiczne z **PP** ? Polipropylen (PP) jest bardziej odporny niż polistyren (PS) na odczynniki w tym formalinę. Polipropylen jest przeźroczysty (mleczny) co pozwala na wgląd w utrwalony w pojemniku materiał biologiczny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

99. Poz. 7. Czy zamawiający dopuści pojemnik wypełniony 10% formaliną w ilości 10ml pakowane po 60 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

100. Poz.8. Czy zamawiający dopuści pojemnik wypełniony 10% formaliną w ilości 30ml pakowane po 35 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

101. Poz.9. Czy zamawiający dopuści pojemnik wypełniony 10% formaliną w ilości 120ml pakowane po 12 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

102. Poz.10 . Czy zamawiający dopuści pojemnik zamykany na wcisk wypełniony 10% formaliną w ilości 500ml pakowane po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

103. Poz11. Czy zamawiający dopuści pojemnik zamykany na wcisk wypełniony 10% formaliną w ilości 600ml pakowane po 6 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań z zaokrągleniem w górę? Reszta parametrów bez zmian.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

104. Dotyczy pakietu nr 15 – sprzęt laboratoryjny:
Poz. 13: Czy Zamawiający dopuści sterylną, drewnianą wymazówkę w probówce?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 18 Czy Zamawiający dopuści kuwetę mikro do spektrofotometrów o pojemności 0,5-2 ml.? Pozostałe parametry bez zmian,
Odp. Zgodnie z SIWZ.

105. Pytanie dotyczy zapisów SIWZ
W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem
Naturalnie umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy.
Odp. Tak.

106. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 5 ust. 1:
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony ustalają co następujące:
1. Wykonawca zobowiązuję się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
- 0,5% ceny **brutto** niedostarczonych środków zgodnie z zamówieniem cząstkowym, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu wymaganego terminu dostawy, dostawy interwencyjnej, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonych w terminie środków**.
Odp. Zgodnie z SIWZ.

107. Dotyczy pakiet 32 poz. 23
Czy zamawiający dopuści odpowiednik Freka Tube - Zgłębnik poliuretanowy w wersji żołądkowo-dwunastniczej, ze znacznikiem RTG i podziałką, zakończony oliwką z dwoma otworami bocznymi, wolny od lateksu i DEHP, rozmiar CH 10/120cm zamiast CH 10/130?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

108. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr 5-6: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

109. Dotyczy Pakiet nr 8, pozycja nr 7: Prosimy o zweryfikowanie czy Zamawiający podał poprawną ilość testów pakietowych Bowie Dick tj.5 sztuk? Jest to ilość znaczenie mniejsza niż w postępowaniach z poprzednich lat.
Odp. Tak.

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.