Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Słupcy
62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
tel. 63 275 23 00, tel./fax 63 275 21 16
e-mail: biuro@szpital.slupca.pl www.szpital.slupca.pl
NIP 667-15-34-335 REGON 000306621

Słupca, dn. 06.05.2020 r.

**Dot. SPZOZ/ZP/PN/382/3/2020**

**Wykonawcy ubiegający się**
**o udzielenie zamówienia publicznego**

**Odpowiedzi na pytania**
**część III**

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Słupcy.

**1. Pakiet nr 14**
**Pozycja 5** Prosimy Zamawiające o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27G x103 mm?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
**Pozycja 6** Prosimy Zamawiające o dopuszczenie igły do znieczuleń podpajęczynówkowych typu Pencil Point. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 25G x88 mm?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Pakiet 42
1. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczypiec pokrytych tworzywem ułatwiającym przemieszczanie ich w kanale roboczym endoskopu i zmniejszającym opór podczas manewrowania, łyżeczki z pojedynczymi okienkami.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie szczotek standardowych.
**Odp. Tak.**

3. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie szczotek z plastikową końcówką, długość narzędzia 1200 mm, szczotki kontrastujące w RTG.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 1,8 mm i długości 1200 mm, łyżeczki bez igły.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 1,8 mm z długością ostrza 5 mm, średnica 23G i 25 G, długość cewnika 1600 mm, parametry pozostałe i parametry pozostałych igieł według opisu.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**6. Dotyczy Pakiet nr 28 poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z workiem o pojemności 1800 ml?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**7. Dotyczy Pakiet nr 28 poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dzieci z workiem o pojemności 550 ml?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**8. Dotyczy Pakiet nr 28 poz. 3**
Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla dorosłych z workiem o pojemności 320 ml?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycje: 1, 2, 3, 4): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 1): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny? Nasze produkty wyposażone są w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo należy nadmienić, iż brak ściągacza taliowego z przodu jest korzyścią dla pacjentów z nadwagą, gdyż nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 1): pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 1, rozmiar XL): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 2): pieluchomajtki dla noworodków w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

14. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 2): możliwość przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, ImiD?
**Odp. Zamawiający wymaga świadectwa PZH.**

15. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 3): podkłady ginekologiczne niejałowe, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

16. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 7, pozycja: 3): złożenie oferty na podkłady ginekologiczne pakowane a'20, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dot. pakietu nr 25**
17. Czy Zamawiający dopuści elektrodę czynną monopolarną typu półpętla o szerokości / średnicy części roboczej 20mm i długości 140mm oraz z trzpieniem do uchwytu 2,4mm jako rozwiązanie bardziej praktyczne niż elektroda typu żagielek?
**Odp. Tak.**

18. Czy Zamawiający dopuści kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych, wtyk 3-pin, długość kabla 4,5 m, wielorazowy kompatybilny z diatermią ERBE VIO 3, EMED- SPECYRUM?
**Odp. Tak.**

19. Czy Zamawiający zmieni nieznacznie wymagane ilości i dopuści złożenie oferty na 1005 sztuk filtrów wstępnych do odsysania dymów do stosowania przy urządzeniu IES 3 ERBE? Produkty te oferowane są i dystrybuowane z uwagi na bezpieczeństwo transportu w opakowaniach zbiorczych po 15 sztuk.
**Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 105 sztuk filtrów.**

20. Czy Zamawiający zmieni nieznacznie wymagane ilości i dopuści złożenie oferty na 990 sztuk filtrów wstępnych do odsysania dymów do stosowania przy urządzeniu IES 3 ERBE? Produkty te oferowane są i dystrybuowane z uwagi na bezpieczeństwo transportu w opakowaniach zbiorczych po 15 sztuk.
**Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 105 sztuk filtrów.**

21. Czy Zamawiający zmieni nieznacznie wymagane ilości i dopuści złożenie oferty na 25 sztuk aplikatorów do argonu dł. 100mm z wysuwaną i chowaną elektrodą szpatułkową, przyciski cięcie i koagulacja, dodatkowy przycisk do zmiany ustawień, zintegrowany z kablem i filtrem? Produkty te oferowane są i dystrybuowane z uwagi na bezpieczeństwo transportu i zachowanie sterylności w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk.
**Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 10 sztuk aplikatorów.**

22. Czy Zamawiający zmieni nieznacznie wymagane ilości i dopuści złożenie oferty na 25 sztuk aplikatorów do argonu dł. 350mm z wysuwaną i chowaną elektrodą szpatułkową, przyciski cięcie i koagulacja, dodatkowy przycisk do zmiany ustawień, zintegrowany z kablem i filtrem? Produkty te oferowane są i dystrybuowane z uwagi na bezpieczeństwo transportu i zachowanie sterylności w opakowaniach zbiorczych po 5 sztuk.
**Odp. Zamawiający oczekuje wyceny 10 sztuk aplikatorów.**

**23. Pakiet nr 5, pozycja nr 4, 5 –** Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 5 pozycje nr 4 i 5 i utworzy z nich osobny pakiet lub umożliwi składanie ofert na pozycje w obrębie tego pakietu?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**24. Pakiet nr 5, pozycja nr 4–** Czy zamawiający dopuści filtr o masie 22g i objętości oddechowej 150-1500, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**25. Pakiet nr 5, pozycja nr 5–** Czy zamawiający dopuści filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci, zakresie objętości oddechowej 150-1500, masie 46g, przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?
**Odp. Tak, ale Zamawiający wymaga badań dot. przepuszczalności wirusów.**

**26. Pakiet nr 5, pozycja nr 16–** Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 5 pozycję nr 16?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**27. Pakiet nr 28, pozycja nr 1 -** Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 1650 ml i

rezerwuarem o pojemności 2000ml?
**Odp. Tak.**

**28. Pakiet nr 28, pozycja nr 1 -** Czy zamawiający dopuści resuscytator z maską nr 4?
**Odp. Tak.**

**29. Pakiet nr 28, pozycja nr 1 -** Czy zamawiający dopuści resuscytator z zaworem 60 mbar bez możliwości zamiany?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**30. Pakiet nr 28, pozycja nr 2 -** Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 600ml i rezerwuarem o pojemności 1600ml?
**Odp. Tak.**

**31. Pakiet nr 28, pozycja nr 2 -** Czy zamawiający dopuści resuscytator z 1 maską w zestawie w w rozm. 1, 2 lub 3?
**Odp. Tak.**

**32. Pakiet nr 28, pozycja nr 3 -** Czy zamawiający dopuści resuscytator z workiem o pojemności 280 ml i rezerwuarem o pojemności 1600 ml?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**33. Pakiet nr 28, pozycja nr 3 -** Czy zamawiający dopuści resuscytator z z 1 maską w zestawie w rozm. 0 lub 1?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**34. Pakiet nr 30, pozycja nr 2 -** Czy zamawiający dopuści łyżki z terminem ważności 5 lat?
**Odp. Tak, ale oznaczony termin ważności na opakowaniu.**

**35. Pakiet nr 30, pozycja nr 2 -** Czy zamawiający dopuści łyżki ze średnicą światłowodu w zakresie 4-5mm?
**Odp. Tak, tylko kompatybilne z rękojeściami Green Line.**

**36. Pakiet nr 30, pozycja nr 3 -** Czy zamawiający wyłączy z pakietu nr 30, pozycję nr 3?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**37.Pakiet nr 37, pozycja nr 1 -** Czy zamawiający dopuści rękawicę myjącą posiadającą w części przedniej gramaturę 100g/m2 a w tylnej 70g/m2?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**38. Pakiet nr 37, pozycja nr 1 -** Czy zamawiający odstąpi od zapisu „ załączonym do oferty oświadczeniem producenta potwierdzającym możliwość stosowania myjek dla niemowląt”?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**39. Pakiet nr 41, pozycja nr 1 -** Czy zamawiający dopuści elektrody w rozmiarze 5 x 8,9 cm?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 25**
**40. Punkt 1**. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dzielone powierzchnia przewodząca 110cm2, 2cm2 różnicy nie ma znaczenia ani użytkowego, ani dla pacjenta, pokryte hydrożelem, owalne, uniwersalne dla dzieci i dorosłych, bez lateksu, pakowane po 5 sztuk, opakowanie zbiorcze 50 szt?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**41. Punkt 3**. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szczypce do koagulacji bipolarnej, wielorazowe, dł. 160mm, końcówka 1mm?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**42. Punkt 6**. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę czynną monopolarną typ żagielek, część robocza 20 x 25mm, długość115mm, do uchwytu 2,4mm?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**43. Punkt 8-15**. Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu pozycji nr 8-15, akcesoriów kompatybilnych z diatermią ERBE
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**44. Punkt 16**. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody kulkowe wielorazowe do uchwytu średnica 2mm, 4mm, dł. 100mm?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**45. Punkt 17**. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrody kulkowe wielorazowe do uchwytu średnica 2mm, 4mm, 6mm, dł. 50-53mm?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**46. Punkt 18,19**. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę kulkową jednorazową do uchwytu, średnica 4mm?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**47. Punkt 20**. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektroda pętla druciana wielorazowego użytku o średnicy 5mm, 10mm, 14mm?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**48. Pytanie 1 – dotyczy pakietu 4**
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 4 poz. 1, 2, 7, 11, 14, 20 do osobnego zadania i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**49. Pytanie 2 – dotyczy pakietu 4 poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną bez mankietu wykonaną z medycznego PCV ustno/nosowa w rozmiarach 2,0 – 6,0?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**50. Pytanie 3 – dotyczy pakietu 4 poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną z mankietem niskociśnieniowym, sterylną, z atraumatycznym otworem Murpy'ego, w rozmiarach 6,5-10,0?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**51. Pytanie 4 – dotyczy pakietu 4 poz. 7**
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę intubacyjną do ukształtowania z rdzeniem aluminiowym, bezlateksową, sterylną o średnicy zewnętrznej 4,7 mm i długości 340mm?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**52. Pytanie 5 – dotyczy pakietu 5**
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 5 poz. 1, 2, 4, 5, 16 do osobnego zadania i umożliwi założenie konkurencyjnej oferty?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**53. Pytanie 6 – dotyczy pakietu 5 poz. 4**
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy bez możliwości nawilżania, masa 19g, przestrzeń martwa 34ml, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej >99, 9%, minimalna objętość oddechowa >100 ml, z portem do kapnografii, mikrobiologicznie czysty?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**54. Pytanie 7 – dotyczy pakietu 5 poz. 4**
Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy bez możliwości nawilżania, masa 23g, przestrzeń martwa 41ml, skuteczność filtracji bakteryjno-wirusowej >99,998%, minimalna objętość oddechowa >150ml, z portem do kapnografii, sterylny?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**55. Pytanie 8 – dotyczy pakietu 5 poz. 5**
Czy Zamawiający w pakiecie 5 poz. 5 dopuści sterylny filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno- wirusowy z odrębną wydzieloną celulozową warstwą wymiennika ciepła i wilgoci, o skuteczności nawilżania 23mg/l przy VT 500ml, minimalna objętość oddechowa >200ml, masa 36g, z portem do kapnografii?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**56. Pytanie 9 – dotyczy pakietu 5 poz. 5**
Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy elektrostatyczny bakteryjno-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności nawilżania 32,3mg H2O/L prz VT 500ml, minimalna objętość oddechowa >180, masa 31 g, z portem do kapnografii?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**57. Pytanie 10 – dotyczy pakietu 5 poz. 16**
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 160cm z PE (polietylenu), trójnik Y, średnica rur 22mm złącza 22mm F, sterylny?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**58. Pytanie 11 – dotyczy pakietu 5 poz. 16**
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych, 2 rury karbowane o dł. 200cm z PP (polipropylen), kolanko z portem luer lock, trójnik Y, średnica rur 22mm złącza 22mm F, sterylny?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**59. Pytanie 12 – dotyczy pakietu 6**
Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 6 poz. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 46 do osobnego zadania i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**60. Pytanie 13 – dotyczy pakietu 6 poz. 23**
Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 4,00m wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**61. Pytanie 14 – dotyczy pakietu 6 poz. 24**
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m, wykonaną z polipropylenu, bez zawartości lateksu, z elastomerowym, bezciśnieniowym mankietem z podwójnym podbródkiem uszczelniającym twarz z brodą, w rozmiarze uniwersalnym, z gumką mocującą, otworami bocznymi z zastawkami, obrotowym łącznikiem do worka? Worek o pojemności 1000ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**62. Pytanie 15 – dotyczy pakietu 6 poz. 25**
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem tlenowym i drenem 2,1m, wykonaną z polipropylenu, bez zawartości lateksu, z elastomerowym, bezciśnieniowym mankietem z podwójnym podbródkiem uszczelniającym twarz z brodą, w rozmiarze uniwersalnym, z gumką mocującą, otworami bocznymi z zastawkami, obrotowy łącznik do worka? Worek o pojemności 1000ml. Rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z

uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**63. Pytanie 16 – dotyczy pakietu 6 poz. 26**
Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, wykonany z medycznego PCV. Miękkie końcówki donosowe, dren o długości 210cm, o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu, uniwersalny łącznik. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**64. Pytanie 17 – dotyczy pakietu 6 poz. 27**
Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem 2,1m, wykonana z PP polipropylenu, bez zawartości lateksu, z elastomerowym, bezciśnieniowym mankietem uszczelniającym twarz łącznie z brodą dorosłego, z podwójnym podbródkiem, w rozmiarze uniwersalnym, z gumką mocującą, z otworami bocznymi? W zestawie rozłączany dren o przekroju gwiazdkowym z sześcioma wzdłużnymi paskami wzmacniającymi, zapobiegającymi zamknięciu światła drenu z uniwersalnymi łącznikami. Wyrób mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe z napisami w j. polskim oraz instrukcją użycia?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**65. Pytanie 18 – dotyczy pakietu 6 poz. 28**
Czy Zamawiający dopuści zestaw do terapii aerozolowej dla dorosłych wyposażony w maskę aerozolową, nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 2, dren tlenowy o dł. 210cm, mikrobiologicznie czysty?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**66. Pytanie 19 – dotyczy pakietu 6 poz. 29**
Czy Zamawiający dopuści zestaw do terapii aerozolowej dla dzieci, pediatryczny wyposażony w nebulizator o pojemności 10ml, skalowany co 1, odłączalny dren tlenowy o dł. 210cm, mikrobiologicznie czysty?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**67. Pytanie 20 – dotyczy pakietu 6 poz. 38**
Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe Guedel w rozmiarze 3,5-12 cm?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**68. Pytanie 21 – dotyczy pakietu 27 poz. 2**
Czy Zamawiający dopuści maski resuscytacji niemowląt do jednorazowego użytku w rozmiarach : 0 (42mm), 1 (50mm), 2 (60mm)?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**69. Pytanie 22 – dotyczy pakietu 29**
Czy Zamawiający z pakietu 29 wydzieli pozycje 1, 3, 4, 5, 6, 8 do osobnego zadania i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**70. Pytanie 23 – dotyczy pakietu 29 poz. 1**
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania 72h, do rurek intubacyjnych długość 54cm rozmiar Fr 10, 12, 14, 16 do rurek tracheostomijnych dł. 30,5cm rozmiar Fr 10, 12, 14, 16. Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiającej precyzyjną kontrolę siły ssania raz pewny system blokowania zatrzaskowy, mocny transparentny rękaw, z markerami długości ułatwiające prawidłowe umieszczenie cewnika, linia do płukania zakończona kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegający utracie kapturka, obrotowa zastawka separująca izolująca cewnik do płukania, zamknięcie 45 stopni zapobiega przesuwaniu cewnika, w zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności. Nazwa i opis w języku polskim?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**71. Pytanie 24 – dotyczy pakietu 29 poz. 3**
Czy Zamawiający dopuści rękojeść wielorazowego użytku wykonana ze stali nierdzewnej ze źródłem światła LED, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376-3 (tzw. Zielona specyfikacja), z nieograniczonym terminem do przydatności?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**72. Pytanie 25 – dotyczy pakietu 29 poz. 4**
Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową jednorazowego użytku, wykonana z PCV, składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, nadmuchiwanego mankietu niskociśnieniowego. Rozmiar maski kodowany odpowiednim kolorem, dostępne rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0. produkt sterylny?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**73. Pytanie 26 – dotyczy pakietu 29 poz. 5**
Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu tzw. Sztuczny nos, dwustronna powierzchnia wymiany z piankowym wkładem. Nawilżacz posiadający port z zastawką do odsysania oraz podłączenia tlenu, czysty mikrobiologicznie, przestrzeń martwa. 19ml, waga 8g, minimalna objętość oddechowa 50ml, zwrot wilgoci 26mg H2O przy VT 500ml?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**74. Pytanie 27 – dotyczy pakietu 29 poz. 8**
Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej dł. w zakresie 42-300 cm, w komplecie 2 rury rozciągalne, twarde zakończenia od strony aparatu, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, o średnicy 22mm?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**75. Pytanie 28 – dotyczy pakietu 33 poz. 2**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie obwód oddechowy do aparatu do znieczulania dla dorosłych, z PP (polipropylenu), 2 rury rozciągliwe, dł.200 cm po rozciągnięciu, dodatkowa rura do worka o dł. po rozciągnięciu 150 cm, kolanko z portem luer lock zabezpieczony kapturkiem, trójnik Y, średnica rur 22 mm, złącza 22F-22M/15F, złączka prosta 22M-22M, bezlateksowy worek oddechowy o poj.2 litry, sterylny?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**76. Pytanie 29 – dotyczy pakietu 33 poz. 4**
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maskę anestetyczna, transparentną, dostępną w rozmiarach 0-6, z mankietem uszczelniającym odpowiadającym pod względem kolorystycznym wspomnianym rozmiarom, wyprofilowana anatomicznie, wyposażona w wewnętrzne ożebrowanie bezciśnieniowego mankietu uszczelniającego zlokalizowane w części nowej maski, stabilne i bezpieczne uchwycenie nawet w wilgotnym środowisku, wyraźnie oznakowana, z wytłoczonym logo producenta umieszczonym w części maski stycznej do nasady nosa, oraz naniesionym na maskę numerem, co umożliwia zapis i nadzór pacjenta, wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów, mikrobiologiczne czysta, pakowana folia-folia, opakowanie zawiera perforację w części środkowej, która ułatwia jego bezpieczne otwarcie?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**77. Pytanie 30 – dotyczy pakietu 33 poz. 16**
Czy Zamawiający może określić ilość zapotrzebowania produkty? Brak tej wartości w formularzu cenowym.
**Odp. 5 szt./rok.**

**78. Pytanie 31 – dotyczy pakietu 35**
Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy przetwornik amerykańskiego producenta; linia do krwawego pomiaru ciśnienia, pojedyncza, nie wymagająca stosowania osobnych portów do testowania poprawności działania systemu – przetwornik posiada wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera). W przypadku podłączenia przetwornika do systemu, kalibracja następuje automatycznie, co absolutnie nie wymaga dodatkowych testów poprawności działania całej linii przez użytkownika. Ponadto cechuje je wysoka odporność na zakłócenia (zjawisko rezonansu) bez konieczności stosowania elementów korygujących.

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**79. Pytanie 32 – dotyczy pakietu 35**
Zwracamy się z prośbą o podanie modelu oraz liczby monitorów, z którymi ma współpracować przetwornik do pomiaru krwawego ciśnienia.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**80. Pakiet nr 44**
Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie czujników przeznaczonych dla pacjentów o wadze do 3 kg i powyżej 30 kg.
Prosimy o dopuszczenie czujników mikrobiologicznie czystych
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

81. Pakiet 3 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy pięciodrożnej wykonanej z polisulfonu z niezależnie obracającą się nakrętką, z 5 kranikami z optycznym indykatorem położenia?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 10 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje 15 opakowań po 100 sztuk ostrzy, czy 15 sztuk.
**Odp. 15 op. a' 100 szt.**

Pakiet 37: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (białoniebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**82. Pytanie nr 1**
Wśród dokumentów składanych wraz z ofertą Zamawiający wymienia załącznik nr 6 – opis przedmiotu zamówienia. Czy nie nastąpiła omyłka, ponieważ w SIWZ nie ma takiego załącznika.
**Odp. Do SIWZ wkradł się błąd. Nie ma takiego załącznika.**

**83. Pytanie nr 2**
Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): „*Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)*
Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: „*Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji*”.
W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw

będących przedmiotem zamówienia".
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**84. Pytanie nr 3**
Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**85. Pytanie nr 4**
***Dotyczy wzoru umowy***
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż
***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto"?***
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**86. Pytanie nr 5**
Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu §3 ust. $6^1$ o następującym brzmieniu:
*$6^1$: Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy będzie waloryzowane raz w roku w miesiącu lutym o wartość wskaźnika inflacji za rok poprzedni ogłoszony przez prezesa GUS (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku). Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić w lutym 2021 roku.*
Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie zawarta na okres 1 roku i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**87. Pytanie nr 6**
**Pakiet 26, poz. 1-6**
Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z polipropylenu (PP) zamiast PS? Polipropylen charakteryzuje się większą odpornością na odczynniki chemiczne oraz trwałością i odpornością na uszkodzenia (pęknięcia) niż polistyren, a zatem jest lepszym materiałem niż PS do przewożenia próbek utrwalonych w formalinie.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**88. Pytanie nr 7**
**Pakiet 26, poz.3**
Czy Zamawiający dopuści w poz.3 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 520 ml? Zaproponowana pojemność pojemnika nie wpływa niekorzystnie na walory użytkowe oraz wykonywane procedury. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**89. Pytanie nr 8**
**Pakiet 26, poz.4**
Czy Zamawiający dopuści w poz.4 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 1200 ml? Zaproponowana pojemność pojemnika nie wpływa niekorzystnie na walory użytkowe oraz wykonywane procedury. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**90. Pytanie nr 9**
**Pakiet 26, poz.5**
Prosimy o dopuszczenie pojemnika z pokrywką na wcisk o pojemności 2300 ml.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**91. Pytanie nr 10**
**Pakiet 26, poz.6**
Czy Zamawiający dopuści w poz.6 pojemnik z pokrywką na wcisk o pojemności 5600 ml? Zaproponowana pojemność pojemnika nie wpływa niekorzystnie na walory użytkowe oraz wykonywane procedury. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**92. Pytanie nr 11**
**Pakiet 26, poz.7**
Czy Zamawiający dopuści pojemnik zakręcany o pojemności 25 ml wypełniony 15 mililitrami 10% buforowanej formaliny?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**93. Pytanie nr 12**
**Pakiet 26, poz.8**
Czy Zamawiający dopuści pojemnik zakręcany o pojemności 60 ml wypełniony 40 mililitrami 10% buforowanej formaliny?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**94. Pytanie 1**
Czy Zamawiający w pakiecie 42 poz. 9 dopuści szczotki cytologiczne o długości roboczej 1200 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**95. Pytanie 2**
Czy Zamawiający w pakiecie 42 poz. 10 dopuści szczypce o długości roboczej 1200 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**96. Pytanie 3**
Czy Zamawiający w pakiecie 42 poz. 13 dopuści zestawy do opaskowania 6-gumkowe z lateksowymi gumkami, przedostatnia gumka w kolorze odmiennym od pozostałych, dźwiękowa i wzrokowa sygnalizacja zrzucenia gumki, zestaw wstępnie złożony, nić przewleczona przez teflonowy cewnik, gotowa do przełożenia przez kanał roboczy?
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**97. Pytanie 4**
Czy Zamawiający odstąpi od dostarczenia próbek dla pakietu 42 najpóźniej w dniu otwarcia ofert na rzecz złożenia ich przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego?
Uzasadnienie: W myśl przyjętego kryterium oceny ofert, zgodnie z SIWZ pkt 12 ppkt 2, dostarczenie próbek w dniu otwarcia ofert dla pakietu 42 nie ma wpływu na ocenę złożonej oferty.
**Odp. Zamawiający odstępuje.**

**98. Pytanie 5**
**Dotyczy zapisów umowy**
Prosimy o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:
„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) przekraczającej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

**99. Pytanie 6**
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?
**Odp. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja i Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.**

100. Pakiet 32 poz. 9
Czy Zamawiający dopuści strzykawkę Dash 3® Strzykawka Enteralna ENFit przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Strzykawka jest przeznaczona do jednorazowego użytku dla jednego pacjenta w celach żywienia enteralnego. pojemnoś
i 60 ml. Produkt z systemem złącza ENFit - niekompatybilny z innymi systemami (Luer, ENLock, inne). Pakowany pojedynczo w folię. Produkt sterylizowany ważność 5 lat.
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

101. Pakiet 5 poz. 12
Czy zamawiający Przezskórną endoskopową jejunostomie z łącznikiem ENFit do stosowania z Flocare PEG CH 18. Opakowanie Bengmark PEG/J nie zawiera zestawu PEG. Flocare® Bengmark® PEG/J CH 9 w połączeniu z Flocare® PEG CH 18 służy do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy, poprzez wytworzoną gastrostomię PEG Ch 18.
PEG/J to zgłębnik wykonany z poliuretanu o średnicy zewnętrznej CH9 i długości 105cm. Koniec dalszy zgłębnika – opatentowana spirala Bengmark® (2,5 pętli o średnicy ok. 3 cm i długości ok. 23 cm) – zakończony dwoma bocznymi otworami i wystającą poza zgłębnik kulką. Pętle te rozprostowują się po wprowadzeniu prowadnicy. Po usunięciu prowadnicy spirala pozwala przyjąć optymalne, stabilne ułożenie zgłębnika w jelicie cienkim. Czarny kwadratowy znacznik znajdujący się około 25cm od końca dalszego zgłębnika wskazuje miejsce, do którego (po usunięciu prowadnicy) zwinie się zgłębnik przyjmując kształt spirali. Niebieski, nieprzezroczysty zgłębnik kontrastuje w promieniach RTG
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 25**
102. Poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20
Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

103. Poz. 1
Prosimy o dopuszczenie elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm2 i powierzchni przewodzącej 110 cm2 systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem
Lub
Prosimy o dopuszczenie elektrody biernej, uniwersalnej dla dorosłych, prostokątnej, o zaokrąglonych brzegach, jednorazowej, żelowej, dzielonej na dwie równe symetryczne części, o wymiarach: 202 x 101 mm, powierzchnia aktywna 118 mm3, pakowanej pojedynczo.
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

104. Poz. 6
Prosimy o dopuszczenie jednorazowej, sterylnej elektrody typu żagielek, wykonanej ze stali nierdzewnej, z wtykiem 2,38 mm, o długości 135 mm i wymiarach żagielka 23 x 13 mm
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

105. Poz. 16, 17, 18, 19
Prosimy o dopuszczenie elektrody czynnych, wielorazowych, kulkowych, z wtykiem 2,38 mm, o następujących parametrach:
- długość 70 mm, średnica kulki 4 mm
- długość 150 mm, średnica kulki 2,5 mm
- długość 156 mm, średnica kulki 4 mm

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

106. Poz. 18, 19
Prosimy o dopuszczenie elektrody czynnych, jednorazowych kulkowych, z wtykiem 2,38 mm, o następujących parametrach:
- długość 54 mm, średnica kulki 2 mm
- długość 70 mm, średnica kulki 4 mm
- długość 156 mm, średnica kulki 4 mm
- długość 157 mm, średnica kulki 5 mm

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

107. Poz. 20
Prosimy o dopuszczenie wielorazowej elektrody pętlowej, z wtykiem 2,4 mm, o długości 110 mm i pętlami o średnicach 10, 15 i 20 mm
**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

Zamawiający informuje, że treść powyższych odpowiedzi stanowi zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich uczestników biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.