



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

Słupca, 07.09.2021 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/8/2021

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**.

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dostarczanego obecnie zestawu do porodu o następującym składzie:

1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu)

10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm

1 ręcznik 30 cm x 20 cm

1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przezroczystym workiem wykonanym z folii PE.

Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej- spunbond) o gramaturze 48 g/m². Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 1 – pakiet 4, poz. 4

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 4, poz. 4 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Ponadto prosimy o dopuszczenie fartuchów o następujących parametrach:

Jałowy chirurgiczny fartuch z zakładanymi połami, złożony w sposób zachowujący sterylny obszar na. Umieszczenie troków w kartoniku umożliwiające zawiązanie ich w sposób aseptyczny, z tyłu przy szyi zapięcie na rzep. Wykonany z materiału typu SMMS o gramaturze min. 35g/m² Fartuch przeznaczony do operacji generujących niewielką ilość płynów. Na zewnętrznym opakowaniu dwie samoprzylepne etykiety dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Długość fartucha:135,140 cm. Fartuch musi spełnia wymogi normy EN 13795 1,2,3.

Odp. Zgodnie z SWZ.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Pakiet 2, poz. 2

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2, poz. 2,4,5,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2, poz. 2-5

Czy zamawiający wydzieli poz.2-5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 5-8

Czy zamawiający wydzieli poz.5-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu porodowego składającego się z:

- Serweta na stół narzędziowy, standardowa, 100x150cm
- Serweta pod pośladki, 115x100cm
- Koc dla dziecka, 100x120cm
- Obłożenie pola, 75x90cm

Odp. Zgodnie z SWZ.



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Pakiet 4, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu porodowego składającego się z:

- a. Ręczniki, 25x19cm x2 szt.
- b. Koc dla dziecka, 100x120cm
- c. Samoprzylepne obłożenie, 75x75cm, wymiar taśmy przylepnej 5x75cm x 2 szt.
- d. Osłona kończyny, 120x75 cm x 2 szt.
- e. Serweta pod pośladki, 98x75cm
- f. Serweta na stół narzędziowy, standardowa, 190x150cm
- g. Taśma przylepna, 9x50cm

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kolana składającego się z:

- a. ręczniki x2 szt. o wymiarze 25x19 cm
- b. taśma przylepna 9x50 cm
- c. dwustronne obłożenie do artroskopii kończyn wzmocnione 320x220 cm, śr.otw. 7x5 cm
- d. serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, 190x150 cm

Odp. Zgodnie z SWZ.

pakiet 4, poz. 7 poz. 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji ginekologicznych składającego się z:

- a. ręcznik 2x szt. o wymiarze 25x19 cm
- b. taśma przylepna 1x szt. o wymiarze 9x50 cm
- c. serweta na stół narzędziowy standard, 190x150 cm, x 1 szt.
- d. obłożenie pola 180x250/200 cm z otworem o średnicy 13x9 cm

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 1 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra o masie 30-33g, przestrzeń martwa 19ml.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje.

Odp. Zgodnie z SWZ.



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Pytanie nr 1

W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o zmianę jednostki miary na opakowania i doprecyzowanie wymaganych ilości:

Układy oddechowe pakowane są po 10 sztuk.

Kaniule donosowe po 20 sztuk.

Adapter do tracheostomii po 20 sztuk.

Filtry do rury do dezynfekcji po 2 sztuki.

Filtry powietrza do Airvo po 2 sztuki.

Odp. Zamawiający zmieni jednostkę miary i zmodyfikuje ilości w pakiecie nr 8.

Dotyczy wzoru umowy

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 5 ust. 5 o treści:
„5. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Odp. Zgodnie z SWZ.

2. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 8 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę chirurgiczną na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm, z jedną taśmą samoprzylepną w komplecie, druga sterylna taśma dołączona osobno?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny z materiału typu SMS?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny z materiału typu SMMMS?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści opakowanie zewnętrzne z 4 szt etykiet do dokumentacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny w rozmiarze L o długości 128 cm, oraz w rozmiarze XXL o długości 157 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu z serwetą do owinięcia noworodka (pozycja d) zestawu o wymiarach 80 x 90 cm wykonaną z miękkiej i chłonnej włókniny o gramaturze 40g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu z serweta pod poślądki (pozycja e) zestawu) 114 x 150 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu 60g/m², z mankietem 25cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów, serweta dodatkowo wzmocniona?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu owinięty tylko w serwetę 100 x 150 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.


Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do odbierania porodu owinięty w serwetę włókninową min. 70 x 70 cm zamiast papieru krepowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji kolana: obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m², odporność na rozerwania mokro w obszarze krytycznym 172 kPa.

Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Skład zestawu:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów.





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335


REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ginekologiczny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. Obłożenie wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m². Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 7 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ginekologiczny w opakowaniu zbiorczym a'6 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ginekologiczny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm, z filtrem i zaworem. Obłożenie wykonane z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m². Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odp. Zgodnie z SWZ.



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Pakiet 4, pozycja 8 – Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw ginekologiczny w opakowaniu zbiorczym a'6 szt z podaniem ceny za 1 zestaw z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń na narzędzia w rozmiarze 30 x 40 cm, ze sztywnikiem. Opakowanie jednostkowe posiada 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 9 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu normy EN PN 13795 – norma ta odnosi się do wyrobów włókienniczych, a nie foliowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, pozycja 9 – Czy Zamawiający dopuści kieszeń chirurgiczną w opakowaniu zbiorczym a'180 szt (wewnętrzny worek foliowy + karton zewnętrzny) z podaniem ceny za 1 szt przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści sterylny samoprzylepny uchwyt do mocowania przewodów i drenów typu rzep o wymiarach 2 x 22 cm?

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet 4, pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny uchwyt w opakowaniu zbiorczym 100 szt pakowany do transportu w wewnętrzny worek foliowy oraz karton zewnętrzny?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy zapisów SWZ:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Zamawiający nie wymaga.

Dotyczy Parametry Techniczne:

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pak. 9 jednorazowych naboii do dezynfekcji powietrza i powierzchni, bez konieczności użycia sprzętu zamgławiającego, będących wyrobami medycznymi klasy I, o zgodności z następującymi normami UE: EN 13624, EN 13704, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 16615, zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym oparty o chlorek didecylodimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe składniki wodne 99,84%, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska,



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

a także sprzętu medycznego i elektronicznego przy jednoczesnej wysokiej, bo 99,999% bakteriobójczości, zarodnikobójczości, prątkobójczości, sporobójczości, grzybobójczości i wirusobójczości? Prosimy o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie w postępowaniu naboju w jednorazowych pojemnikach o pojemnościach 150 ml przeznaczonych do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze 18 m³ lub 450 ml do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze 50 m³ (z odpowiednim przeliczeniem ilości).

Odp. Zgodnie z SWZ.

3. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 9, aby jednorazowe naboje do dezynfekcji nie zawierały w swoim składzie propan-2-olu, który może powodować nudności, wymioty, zawroty i bóle głowy, zaburzenia równowagi, pocenie się i omdlenia? Przebywanie w oparach propanolu może wywołać uczucie senności i zawroty głowy. W przypadku dostania się do oczu może powodować uszkodzenie rogówki i siatkówki.

Odp. Zgodnie z SWZ.

4. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 9, aby jednorazowe naboje do dezynfekcji nie zawierały w swoim składzie chlorku didecyldimetyloamoni (DDAC)? Przebywanie człowieka w oparach preparatu o wysokim stężeniu DDAC jest bardzo szkodliwe, a do pomieszczenia, w którym uprzednio użyto środka z jego zawartością można wejść dopiero po godzinnym procesie odgazowania, co sugeruje, iż taki środek jest wysoce niebezpieczny.

Odp. Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody TENS w rozmiarze 5 cm x 8,9 cm, spełniające pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiający dopuszcza.



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001