



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Słupca, dnia 14.10.2021 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/9/2021

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Modyfikacja treści SWZ

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego.

Zamawiający modyfikuje wyjaśnienia treści SWZ z dnia 11.10.2021 r.

Pakiet nr 6

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- o Pozycja nr 11.8, 11.9. 11.9.1 Bez brzuszego czujnika pacjenta umożliwiającego synchronizację wspomaganie ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta oraz zintegrowanego lub na wyposażeniu urządzenie umożliwiającego wprowadzenie do terapii Infant Flow oddechów ratunkowych i rozprężających z regulowanym CPAP (co najmniej w zakresie 1-20 cmH2O) i PIP (co najmniej w zakresie 10-60 cmH2O) – również wykorzystujący efekt Coanda (dla zmiany kierunku przepływu gazów) dla jak najmniejszej pracy oddechowej noworodka (WOB) , Waga max. 0,5 kg
Odp. Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że w miejsce brzuszego czujnika oddechów wymaga się dostarczenia innego czujnika, np. przepływowego.
Pozycja 11.9 oraz 11.9.1 – Zgodnie z SWZ.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl

