



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

Słupca, 11.10.2021 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/9/2021

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę sprzętu medycznego**.

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – łóżko z osprzętem ortopedycznym – 8 szt.**

1. Prosimy (w pkt. 5) o możliwość zaoferowania leża podzielonego na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia), segmenty ruchome wypełnione panelami z płyty HPL montowanymi na stałe, leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki w segmencie oparcia pleców i segmencie podudzia oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż (w oferowanym łóżku materac będzie dopasowany do wymiarów leża i ograniczeniem przed przesuwaniem się materaca wzdłuż będą szczyty łóżka).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Prosimy (w pkt. 8) o możliwość zaoferowania długości segmentu oparcia pleców 790 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. Prosimy (w pkt. 12) o możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w materac o długości 1980 mm i szerokości 860 mm, co będzie traktowane jako długość i szerokość leża. W oferowanym łóżku długość materaca jest kluczowym elementem, jeśli chodzi o przestrzeń dla pacjenta, ponieważ pacjent zawsze będzie leżał bezpośrednio na materacu, a nie na leżu. Leże łóżka zazwyczaj składa się z kilku segmentów oraz przestrzeni konstrukcyjnych pomiędzy tymi segmentami, dlatego długość segmentów leża nie będzie adekwatna do faktycznych wymiarów leża, na którym będzie położony materac.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

4. C Prosimy (w pkt. 14) o możliwość zaoferowania łóżka, w którym funkcje są regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym:

- regulacja wysokości
- regulacja segmentu oparcia pleców



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

- regulacja segmentu uda
- funkcja autokontur

W oferowanym łóżku regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga będzie dostępna na dodatkowym panelu sterowania dla personelu ze względu na to, że jest to funkcja niebezpieczna i nie powinna być dostępna dla pacjenta, ponadto dodatkowy panel sterowania dla personelu będzie posiadał możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych przez personel – zablokowanie danej funkcji na panelu spowoduje także zablokowanie tej funkcji na pilocie.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

5. Prosimy (w pkt. 15) o możliwość zaoferowania łóżka wyposażonego w dodatkowy panel sterowania dla personelu medycznego, zawieszany na szczycie łóżka od strony nóg pacjenta, panel posiadający następujące funkcje:

- regulacja wysokości
- regulacja segmentu oparcia pleców
- regulacja segmentu uda
- funkcja autokontur
- regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (powyższe funkcje z indywidualną blokadą każdej z nich)
- funkcja krzesła kardiologicznego uruchamiana jednym przyciskiem
- ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem
- funkcja CPR uruchamiana jednym przyciskiem, oznaczona kolorem innym jak pozostałe – przycisk widoczny – wyróżniający się
- ustawienie pozycji antyszokowej uruchamiana jednym przyciskiem oznaczona kolorem wyróżniający się

W oferowanym łóżku będzie także możliwość ustawienia leża w pozycji Fowlera za pomocą przycisków służących do regulacji segmentów leża dostępnych na panelu centralnym (oferowane rozwiązanie umożliwia w prosty sposób uzyskanie pozycji oczekiwanej przez Zamawiającego, a z uwagi na to, że nie jest to funkcja ratująca życie, a jedynie jedna z wielu wykorzystywanych pozycji – według norm europejskich nie musi być dostępna automatycznie); panel sterowania wyposażony także w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji poprzez możliwość selektywnej blokady funkcji elektrycznych (za wyjątkiem funkcji ratujących życie np. CPR).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

6. Prosimy (w pkt. 16) o możliwość zaoferowania wysokości minimalnej leża mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 410 mm (+/- 10 mm).

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

7. Prosimy (w pkt. 18) o możliwość zaoferowania regulacji elektrycznej kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 65° (+/- 5°).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

8. Prosimy (w pkt. 21) o możliwość zaoferowania regulacji segmentem podudzia przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie do  $18^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ ).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

9. Prosimy (w pkt. 22) o możliwość zaoferowania regulacji elektrycznej pozycji Trendelenburga do  $13^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ ) i anty-Trendelenburga do  $15^{\circ}$  (+/-  $2^{\circ}$ ).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

10. Prosimy o możliwość zaoferowania min. 5 kolorów szczytów, ale bez koloru drewnopodobnego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Prosimy (w pkt. 18) o możliwość zaoferowania łóżka, w którym szczyt od strony głowy będzie szybko i łatwo demontowalny do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad, a szczyt od strony nóg będzie posiadał blokadę przed przypadkowym wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Prosimy (w pkt. 27) o możliwość zaoferowania centralnej blokady 4 kół jednocześnie.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

13. Prosimy (w pkt. 28) o możliwość zaoferowania łóżka posiadającego osłony tworzywowe elementów konstrukcyjnych podwozia umieszczonych tylko od strony głowy i nóg.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

14. Prosimy (w pkt. 32) o możliwość zaoferowania krążków o średnicy 65 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

15. Prosimy (w pkt. 33) o możliwość zaoferowania poręczy z funkcją łatwego szybkiego, składania oburącz, za pomocą dwóch ruchów tj. odbezpieczenie barierek, a następnie jej opuszczenie (rozwiązanie zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego opuszczenia barierek).

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Stół do badań endoskopowych**

16. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

17. Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania szerokości leża 610 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

18. Prosimy (w pkt. 9) o możliwość zaoferowania regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 90° (+/- 5°).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

19. Prosimy (w pkt. 11) o możliwość zaoferowania wózka nie wyposażonego w listwy odbojowe, ze względu na to, że w oferowanym wózku najbardziej „wysuniętymi” elementami są krążki odbojowe i to one chronią wózek, nie ma już konieczności stosowania listew.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

20. Prosimy (w pkt. 13) o możliwość zaoferowania uchwytów dla personelu do przetaczania wózka umieszczonych od strony głowy pacjenta z możliwością ich składania wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo (bez tworzywowej nakładki).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

21. Prosimy (w pkt. 14) o możliwość zaoferowania uchwytów do przetaczania od strony nóg w postaci 2 rękojeści, zamocowanych na stałe, wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo (bez tworzywowej nakładki).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

22. Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania zakresu regulacji wysokości w zakresie od 600 do 920 mm (+/- 10 mm).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

23. Prosimy (w pkt. 22) o możliwość zaoferowania wózka posiadającego centralny system blokowania kół jezdnych wózka przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta oraz blokady kierunku jazdy (5-te koło) przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg pacjenta.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

24. Prosimy (w pkt. 24) o możliwość zaoferowania poręczy bocznych składanych na ramę leża posiadających przycisk zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie oburącz, za pomocą dwóch ruchów tj. odbezpieczenie barierki, a następnie jej opuszczenie (rozwiązanie zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego opuszczenia barierki); poręcze boczne po ich złożeniu nie wystające ponad poziom leża z materacem.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

25. Prosimy (w pkt. 25) o możliwość zaoferowania poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1380 mm (+/- 10 mm) oraz wysokości 320 mm (+/- 10 mm) mierzonej od leża bez materaca.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

26. Prosimy (w pkt. 28) o możliwość zaoferowania materaca z pokrowcem wykonanym z poliestru i poliuretanu o grubości 10 cm, z zamkiem, wodoszczelnego.



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG**

27. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania długości całkowitej wózka 2143 mm (+/- 10 mm).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

28. Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania szerokości leża 610 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

29. Prosimy (w pkt. 9) o możliwość zaoferowania regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 90° (+/- 5°).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

30. Prosimy (w pkt. 11) o możliwość zaoferowania wózka nie wyposażonego w listwy odbojowe, ze względu na to, że w oferowanym wózku najbardziej „wysuniętymi” elementami są krążki odbojowe i to one chronią wózek, nie ma już konieczności stosowania listew.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

31. Prosimy (w pkt. 13) o możliwość zaoferowania uchwytów dla personelu do przetaczania wózka umieszczonych od strony głowy pacjenta z możliwością ich składania wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo (bez tworzywowej nakładki).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

32. Prosimy (w pkt. 14) o możliwość zaoferowania uchwytów do przetaczania od strony nóg w postaci 2 rękojeści, zamocowanych na stałe, wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo (bez tworzywowej nakładki).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

33. Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania zakresu regulacji wysokości w zakresie od 600 do 920 mm (+/- 10 mm).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

34. Prosimy (w pkt. 22) o możliwość zaoferowania wózka posiadającego centralny system blokowania kół jezdnych wózka przy użyciu dźwigni nożnych od strony głowy i nóg pacjenta oraz blokady kierunku jazdy (5-te koło) przy użyciu dźwigni nożnej od strony nóg pacjenta.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

35. Prosimy (w pkt. 24) o możliwość zaoferowania poręczy bocznych składanych na ramę leża posiadających przycisk zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie oburącz, za pomocą dwóch ruchów tj. odbezpieczenie barierki, a następnie jej opuszczenie (rozwiązanie zabezpieczające pacjenta przed upadkiem z łóżka w wyniku przypadkowego opuszczenia barierki); poręcze boczne po ich złożeniu nie wystające ponad poziom leża z materacem.



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

36. Prosimy (w pkt. 25) o możliwość zaoferowania poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1380 mm (+/- 10 mm) oraz wysokości 320 mm (+/- 10 mm) mierzonej od leża bez materaca.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

37. Prosimy (w pkt. 28) o możliwość zaoferowania materaca z pokrowcem wykonanym z poliestru i poliuretanu o grubości 10 cm, z zamkiem, wodoszczelnego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – Stół zabiegowy – 1 szt.**

38. Prosimy (w pkt. 1) o możliwość zaoferowania wymiarów zewnętrznych 2100 x 810 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

39. Prosimy (w pkt. 2) o możliwość zaoferowania wymiarów leża 1960 x 655 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

40. Prosimy (w pkt. 3) o możliwość zaoferowania regulacji wysokości nożnej hydraulicznej 580 – 910 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

41. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania regulacji przechyłów wzdłużnych nożnych hydraulicznych, pozycja Trendelenburga 15° i anty-Trendelenburga 14°.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

42. Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania boków wózka wyposażonych w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa sztucznego, wózek wyposażony w szczytce od strony głowy i nóg w uchwyty do prowadzenia wózka.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

43. Prosimy (w pkt. 7) o możliwość zaoferowania regulacji segmentu pleców wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0 – 75°, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców, dostępna na całej szerokości segmentu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

44. Prosimy (w pkt. 8) o możliwość zaoferowania regulacji segmentu uda wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 0 – 24°, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie uda po obu stronach, segment podudzia regulowany za pomocą rastomatu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

45. Prosimy (w pkt. 9) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w koła o średnicy 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta, oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego (bez konieczności stosowania 5-tego koła).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

46. Prosimy (w pkt. 10) o możliwość zaoferowania dodatkowego piątego koła pod leżem, zwiększającego zwrotność wózka, 5-te koło ułatwiające manewrowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

47. Prosimy (w pkt. 16) o możliwość zaoferowania materaca stabilizowanego na wózku za pomocą specjalnych pasków mocowanych do leża.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

48. Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w bariery boczne metalowe wykończone estetycznym tworzywem, zabezpieczające pacjenta na ok. 80% długości leża, składane wzdłuż ramy leża, dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta, bariery składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

49. Prosimy (w pkt. 18) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego od strony głowy w składane uchwyty do prowadzenia umieszczone w narożnikach, od strony nóg uchwyt w kształcie pałąka ułatwiający manewrowanie wózkiem.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

50. Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) po obu bokach wózka, bez metalowego relingu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

51. Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania wózka, w którym nie ma konieczności stosowania metalowych uchwytów na pasy do stabilizowania pacjenta.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Dotyczy: Pakiet nr 8 – wózek do transportu chorych – 4 szt.**

52. Prosimy (w pkt. 1) o możliwość zaoferowania wymiarów zewnętrznych 2100 x 810 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

53. Prosimy (w pkt. 2) o możliwość zaoferowania wymiarów leża 1960 x 655 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

54. Prosimy (w pkt. 3) o możliwość zaoferowania regulacji wysokości nożnej hydraulicznej 580 – 910 mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

55. Prosimy (w pkt. 4) o możliwość zaoferowania regulacji przechyłów wzdłużnych nożnych hydraulicznych, pozycja Trendelenburga 15° i anti-Trendelenburga 14°.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

56. Prosimy (w pkt. 6) o możliwość zaoferowania boków wózka wyposażonych w listwę pełniącą funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa sztucznego, wózek wyposażony w szczycie od strony głowy i nóg w uchwyty do prowadzenia wózka.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

57. Prosimy (w pkt. 7) o możliwość zaoferowania regulacji segmentu pleców wspomaganej sprężyną gazową w zakresie 0 – 75°, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców, dostępna na całej szerokości segmentu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

58. Prosimy (w pkt. 8) o możliwość zaoferowania regulacji segmentu uda wspomaganej sprężyną gazową w zakresie 0 – 24°, dźwignia zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie uda po obu stronach, segment podudzia regulowany za pomocą rastomatu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

59. Prosimy (w pkt. 9) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w koła o średnicy 200 mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta, oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego (bez konieczności stosowania 5-tego koła).

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

60. Prosimy (w pkt. 10) o możliwość zaoferowania dodatkowego piątego koła pod leżem, zwiększającego zwrotność wózka, 5-te koło ułatwiające manewrowanie wózkiem i precyzyjną jazdę, wyposażone w sprężynę dociskającą koło do podłoża.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

61. Prosimy (w pkt. 16) o możliwość zaoferowania materaca stabilizowanego na wózku za pomocą specjalnych pasków mocowanych do leża.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

62. Prosimy (w pkt. 17) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w barierki boczne metalowe wykończone estetycznym tworzywem, zabezpieczające pacjenta na ok. 80% długości leża, składane wzdłuż ramy leża, dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta, barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

63. Prosimy (w pkt. 18) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego od strony głowy w składane uchwyty do prowadzenia umieszczone w narożnikach, od strony nóg uchwyt w kształcie pałaka ułatwiający manewrowanie wózkiem.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

64. Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania wózka wyposażonego w 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) po obu bokach wózka, bez metalowego relingu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

65. Prosimy (w pkt. 19) o możliwość zaoferowania wózka, w którym nie ma konieczności stosowania metalowych uchwytów na pasy do stabilizowania pacjenta.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Dotyczy pakietu nr 9**

**Pkt. 3**

Czy Zamawiający dopuści szafę o wymiarach: 900x640x2020 mm?



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl







**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 5.**

Czy zamawiający dopuści do oceny szafę do przechowywania endoskopów w pozycji horyzontalnej o pojemności 8 endoskopów?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 6.**

Czy zamawiający dopuści do oceny szafę do przechowywania endoskopów w pozycji horyzontalnej, niewymagającej zastosowania uchwytów do wieszania endoskopów?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 7.**

Czy zamawiający dopuści do oceny szafę do przechowywania endoskopów w pozycji horyzontalnej, niewymagającej zastosowania uchwytów do wieszania endoskopów?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 8.**

Czy zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w jednoskrzydłowe – szklane drzwi?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 13.**

Czy zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną system filtracji HEPA zgodny z normą EN 16442?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 14.**

Czy zamawiający dopuści do oceny szafę gwarantującą wysuszenie endoskopu zgodnie z normą EN 16442 niewymagającej stosowania filtra osuszającego?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 15.**

Czy zamawiający dopuści do oceny szafę o możliwości przechowywania endoskopów do 7 dni?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 18.**

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie umożliwiające oznaczenie endoskopów za pomocą kodów cyfrowych – kreskowych?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 22.**

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie kontrolujące przepływ powietrza w kanałach endoskopu, informujące o zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniu w kanałach. Urządzenie umożliwia indywidualną kalibrację wartości ciśnień przepływu powietrza dla każdego endoskopu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 25.**

Czy zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w jednoskrzydłowe – szklane drzwi?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pkt. 32.**

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie zapisujące w pamięci: datę, czas oraz numer tacy na której przechowywany jest endoskop?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Pkt. 44.**

Czy zamawiający dopuści do oceny urządzenie o mocy 1,68kVA?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

Pakiet nr 1 – Aparaty KTG wraz z systemem centralnego nadzoru i cyfrowej analizy zapisów (System nadzoru, pkt 13)

Proszę o odpowiedź na niżej wymienione pytanie:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby podłączenie system nadzoru okołoporodowego i zapewnienie jego współpracy z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym ESKULAP, odbyło się w momencie kiedy producent systemu informatycznego Eskulap zapewni Zamawiającemu implementację, w ramach protokołu HL7, przesyłania zleceń i odbioru wyników KTG?

**Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podłączył system nadzoru okołoporodowego i zapewnił jego współpracę z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap w momencie podłączenia systemu nadzoru.**

**Tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu implementację przesyłania zleceń i odbioru wyników w systemie Eskulap.**

**Pytanie 1**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„W okresie gwarancji naprawy gwarancyjne urządzenia wykonywane będą bezpłatnie przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, bądź w siedzibie Wykonawcy, o ile będzie taka potrzeba.

Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z jej realizacją, w tym również koszty dojazdów, transportu, koszty robocizny z wyłączeniem części zużywalnych. Te będą osobno kalkulowane po wykonaniu danego przeglądu.

Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy i konserwację sprzętu w okresie gwarancji z własnej inicjatywy w ilości i w zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej z wyłączeniem wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu upływu gwarancji poszczególnych elementów/podzespołów sprzętu”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca gwarantuje, że w przypadkach awarii sprzętu przyjazd serwisu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 3 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od powiadomienia (telefonicznie lub faksem), natomiast usunięcie awarii nastąpi w czasie nie później niż w ciągu 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni roboczych od dostarczenia sprzętu do serwisu (w okresie gwarancji kurierem na koszt Wykonawcy). Na czas naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 21 dni roboczych dostawa sprzętu zastępczego”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Pytanie 3**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wymiana części na nową po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego istotnego elementu w przypadku dalszego wadliwego działania (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika)”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 4**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewni dostęp do części eksploatacyjnych i zamiennych w czasie gwarancji i w okresie 8 lat po gwarancji”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 5**

**Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej oraz współpracę serwisu Wykonawcy z osobą odpowiedzialną za stan techniczny sprzętu w SPZOZ w Słupcy w zakresie udostępniania informacji niezbędnych do obsługi”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 6**

**Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 7**

**Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Strony postanawiają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługują będą kary umowne.

1.1 Jeżeli Wykonawca naruszy termin wydania przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w umowie, zapłaci karę umowną w wysokości 0,7% wartości niedostarczonego urządzenia za każdy dzień zwłoki”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Pytanie 8**

**Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., za zwłokę w wykonaniu umowy w wysokości 3 % wartości brutto umowy – za każdy dzień”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 9**

**Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., za zwłokę w usunięciu wad w ramach gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,7 % wartości brutto danego sprzętu, którego dotyczy wada – za każdy dzień”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 10**

**Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 1.3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„..., za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 16 % wartości brutto umowy”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 11**

**Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Maksymalna wielkość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości brutto umowy”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 12**

**Dotyczy warunków umowy § 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

” Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość naliczania kar umownych”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 13**

**Dotyczy warunków umowy § 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody, wyrażonej w trybie art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 160), jednak zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Pytanie 14**

**Dotyczy pakietu 9 – specjalistyczna szafa endoskopowa**

Czy Zamawiający dopuści specjalistyczną szafę do przechowywania endoskopów o poniższej specyfikacji:

Szafa do endoskopów fabrycznie nowa, rok produkcji 2021
Szafa do przechowywania i suszenia endoskopów (nieprzelotowa)
Przechowywanie endoskopów w czystości mikrobiologicznej 168 h
Funkcja suszenia realizowana poprzez wentylację komory i nadmuch powietrza do kanałów endoskopu.
Wprowadzenie i ewidencjonowanie endoskopów poprzez klawiaturę numeryczną kod 4-cyfrowy
Wprowadzenie personaliów użytkowników szafy z uprawnieniem dostępu za pomocą klawiatury numerycznej 4 cyfrowym kodem zabezpieczonym dodatkowo personalnym 4-cyfrowym kodem PIN
Wyposażenie w czytnik kodów RFID
Dostęp użytkowników poprzez zastosowanie indywidualnych kart.
Automatyczna blokada drzwi po zamknięciu
Archiwizacja zdarzeń na wewnętrznym wbudowanym dysku.
Wymiary: długość/szerokość/wysokość: 1400 mm/ 535 mm/ 2160 mm +/-50 mm
Osiem stanowisk na endoskopy giętkie z przyłączami kanałowymi
Dwie niezależne komory
Przechowanie endoskopów w pozycji pionowej
Zasilanie powietrzem klasy medycznej z wbudowanej sprężarki lub z sieci szpitalnej.
Panel LCD informujący o aktualnym statusie endoskopów oraz o monitorowanych parametrach środowiskowych
Automatycznie uruchamianie oświetlenia wnętrza szafy po interakcji z szafą
Wewnętrzny wentylator o parametrach przepływu 40 m <sup>3</sup> /h, zapewniający 80-krotną wymianę powietrza w komorze w ciągu godziny.
Skuteczność filtru komory HEPA 13 - 0,3 μm - 99,95%
Skuteczność filtru nadmuchu kanałów endoskopu HEPA 14 - 0,3 μm - 99,995%



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

Współpraca z powietrzem o ciśnieniu nie przekraczającym 0,03Mpa (0,3 atm). zasilanie powietrzem przyłącze G ½"

Podłączenie do zasilania 230V, 50 Hz

Ciągła wymiana powietrza wewnątrz komory roboczej

Szafa wykonana ze stali nierdzewnej gat. AISI 304

*Szafa do przechowywania endoskopów umożliwiająca dosuszenie, przechowywanie endoskopów w kontrolowanych warunkach.*

*Czas przechowywania oraz wszystkie pozostałe istotne parametry warunków przechowywania, a także dane personalne użytkownika i informacje o modelu przechowywanego endoskopu są udokumentowane wydrukiem.*

*System z ekranem dotykowym i wbudowaną drukarką*

*Możliwość kontroli warunków przechowywania endoskopów:*

- temperatura
- ciśnienie wewnątrz komory endoskopu
- ciśnienie w kanałach endoskopu
- czas przechowywania endoskopu
- kontrola czasu otwarcia-drzwi
- blokada przed nadmiernym ciśnieniem przy zasilaniu powietrzem zewnętrznym
- wilgotność względna

*Szafa zapewnia dopływ sterylnego powietrza – wentylowanego przez filtry HEPA 13 do komory szafy, jak również filtry HEPA 14 do kanałów roboczych endoskopów.*

*Powietrze w kanałach endoskopów jest osuszane cząstkowo, co gwarantuje brak możliwości narażenia na potencjalne zanieczyszczenia. Stały przepływ filtrowanego powietrza przez komorę szafy jak i kanały endoskopów zapewnia ich stałą i odpowiednią wentylację.*

*Czas i sposób przechowania endoskopów można monitorować na dotykowym wyświetlaczu oraz dokumentować w formie wydruków.*



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

*Obsługa jest możliwa przez uprawnionych użytkowników posiadających kod PIN lub kartę dostępu w wypadku modeli wyposażonych w czytnik RFID.*

*Drukarka rejestruje każde otwarcie drzwi szafy endoskopowej oraz wyjęcie lub umieszczenia aparatu w szafie, a także przekroczenie parametrów krytycznych.*

*Dostęp do szafy jest możliwy tylko dla osób posiadających kod dostępu lub kartę. Wszystkie kody numeryczne użytkowników zabezpieczone są 4 cyfrowym kodem PIN osobiście wybranym przez każdego użytkownika co gwarantuje brak przypadkowości w użytkowaniu szafy oraz wyklucza możliwość kradzieży.*

*Funkcje operacyjne:*

- Zapewnia jałowość endoskopów przez 168h po dezynfekcji.
- System przechowywania endoskopów zawieszonych pionowo.
- Przeszkłone drzwi i wewnętrzne oświetlenie dla kontroli wzrokowej.
- Drzwi elektroniczne zablokowane dla zwiększenia bezpieczeństwa.
- Operator ma dostęp poprzez zastosowaniu kodu operatora oraz personalnego kodu PIN za pomocą ekranu dotykowego. Możliwość wyposażenia szafy w czytnik kodów RFID.
- Filtrowanie metodą HEPA powietrze utrzymuje wewnątrz szafy wolne od bakterii.
- Filtrowane powietrze (0,3µm absolutne) przepływa przez kanały endoskopu połączone przez dedykowane złącza.
- Suchy sterylny endoskop jest gotowy do użycia.

*W wypadku zaniku prądu szafa pozostaje zamknięta, co zabezpiecza aparaty przed kontaminacją w wypadku chwilowych zaników prądu. W wypadku konieczności otwarcia szafy możliwość wykorzystania klucza serwisowego dołączanego do szafy.*

*Szafa wyposażona w polskie menu*

*Wyrób medyczny - Klasa 1*

*Napięcie 230 V*

*Maksymalna moc =400W*



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

*Zasilanie w skompresowane powietrze - własne, kompresor w układzie zamkniętym, niezależne z możliwością podłączenia powietrza z sieci szpitala.*

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pytanie 2**

**Dotyczy pakietu 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie specjalistycznej szafy endoskopowej bez wózka endoskopowego? Zwracamy się z prośbą o wyodrębnienie szafy z pakietu nr 9.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

Dotyczy Umowy:

1. §5 ust. 2 Z uwagi na fakt, że naprawa nie musi odbywać się w siedzibie serwisu prosimy o zmianę zapisu - w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 21 dni roboczych od zgłoszenia awarii

**Odp. Zamawiający zmodyfikuje §5 ust. 2 poprzez dodanie zapisu „...lub od zgłoszenia awarii w przypadku urządzeń, których naprawa nie musi odbywać się w siedzibie serwisu”.**

2. §5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu związanego z dostarczaniem sprzętu zastępczego w całości lub dopuści alternatywnie zapewnienie usługi na zewnątrz placówki na koszt wykonawcy?

Tego typu urządzenia zamawiane są zgodnie z wymaganą konfiguracją i nie są dostępne od ręki u producenta, w związku z czym wykonawca nie ma możliwości utrzymywania na stanach magazynowych sprzętów zastępczych.

**Odp. Zamawiający zmodyfikuje §5 ust. 2 poprzez dodanie zapisu „.... (nie dotyczy pakietu nr 9 – specjalistyczna szafa do przechowywania endoskopów)”.**

3. §7 ust. 1 podpunkt 1 Prosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 5% na 1%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

4. §7 ust. 1 podpunkt 2 Prosimy o dokonanie zmian wysokości kar umownych, tj. zamiast 1% na 0,5%. Obecne kary umowne są rażąco wysokie i niewspółmiernie do przedmiotu umowy wygórowane.

Wykonawca zwraca uwagę, że brak dokonania zmiany ww. postanowień umownych spowoduje wzrost cen w ofertach składanych przez wykonawców, którzy swoje ryzyko będą musieli przenieść na zamawiającego.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl







**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

Dotyczy Parametry Techniczne - pakiet nr 9 Specjalistyczna szafa do przechowywania endoskopów:  
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia o maksymalnych wymiarach zewnętrznych:

- szerokość – 1300 mm
- głębokość – 770 mm
- wysokość – 2000 mm?

Uzasadnienie: proponowane urządzenie jest nieznacznie głębsze od parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 1, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punkt 11 oraz Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 13**

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf w którym głośność odsłuchu tętna płodu w przypadku monitorowania bliźniaków jest taka sama dla 1 i 2 płodu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punkt 11 oraz Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 13**

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf w którym obsługa odbywa się wyłącznie przez ekran dotykowy na którym można definiować wymagane przyciski? Proponowane rozwiązanie jest bardziej intuicyjne i uniwersalne od oczekiwanego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punkt 12 oraz Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 14**

Czy Zamawiający pod tym punktem wymaga możliwości współpracy z telemetrią płodową, która umożliwia bezprzewodowe monitorowanie matki i płodu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punkt 14 oraz Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 16**

Czy Zamawiający wymaga klasy wodoszczelności min. IPX8, która zapewni bezpieczne użytkowanie głowic?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punkt 15 oraz Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 17**

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf bez możliwości podłączania stymulatora akustycznego płodu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Pytanie 6, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punkt 16 oraz Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 18**

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf z nieznacznie większą wagą wynoszącą 5,1 kg, która nie wpływa w żadnym stopniu na bezpieczeństwo i łatwość w użytkowaniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punkt 17 oraz Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 18**

Czy Zamawiający dopuści kardiotokograf wyposażony w jedno złącze rs232 i jedno złącze RJ45, które jest nowocześniejszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem w komunikacji z serwerem?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8, dotyczy Pakiet 1 Kardiotokograf (ciąża pojedyncza) - 2 sztuki, punkt 22 oraz Kardiotokograf (ciąża bliźniacza) - 1 sztuka, punkt 23**

Czy Zamawiający poza wózkiem pod ktg dopuści również zawieszenie ścienne do aparatu ktg?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 3**

Czy Zamawiający poza połączeniem bezprzewodowym dopuści również aby połączenie z serwerem było przewodowe? Rozwiązanie takie jest stabilniejsze od oczekiwanego.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 10, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 3**

Czy Zamawiający dopuści brak reanalizy zapisu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 6**

Czy Zamawiający dopuści, aby wyniki analizy pokazywane były w formie tabelarycznej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 8**

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości automatycznej identyfikacji typów skurczy macicy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 13**

Jakiego zakresu integracji z systemem ESKULAP Zamawiający wymaga?

**Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podłączył system nadzoru okołoporodowego i zapewnił jego współpracę z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap w momencie podłączenia systemu nadzoru.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu implementację przesyłania zleceń i odbioru wyników w systemie Eskulap.**

**Pytanie 14, dotyczy Pakiet 1 Scentralizowany system nadzoru okołoporodowego, punkt 14**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kardiotokografu kompatybilnego z oferowanymi w Pakiecie 1?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 15, dotyczy Pakiet 1 Telemetria KTG - 1 sztuka, punkt 3**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia telemetrii, która umożliwi monitorowanie bezprzewodowe częstości akcji serca płodu, aktywności skurczowej mięśnia macicy oraz ruchów płodu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16, dotyczy Pakiet 1 Telemetria KTG - 1 sztuka, punkt 4**

Czy Zamawiający dopuści do przetargu telemetrię, która umożliwi bezprzewodowe monitorowanie w zasięgu min 100 w otwartej przestrzeni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16, dotyczy Pakiet 1 Telemetria KTG - 1 sztuka, punkt 5**

Czy Zamawiający dopuści telemetrię, która posiada bezprzewodowe głowice a więc nie jest kompatybilna z przewodowymi głowicami oferowanych aparatów ktg? Wymagane rozwiązanie utrudni bezprzewodowe monitorowanie pacjentek.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17, dotyczy Pakiet 2 Kardiomonitor, punkt 49**

Czy Zamawiający oczekuje aby możliwość rozbudowy polegała na możliwości podłączenia kieszeni na moduły oraz rozbudowy poprzez moduły w postaci kostek, co umożliwi elastyczną rozbudowę bez potrzeby udziału serwisu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 18, dotyczy Pakiet 2 Kardiomonitor**

Czy Zamawiający, mając na uwadze globalne problemy produkcyjne oraz duże opóźnienia dostaw, wyrazi zgodę na dostawę fabrycznie nowych kardiomonitorów z Q4 2020 roku?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

*Dotyczy: Pakiet nr 8*

Łóżko z osprzętem ortopedycznym

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z konstrukcją lakierowaną proszkowo?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem, w którym segmenty ruchome wypełnione są odejmowalnymi panelami z tworzywa sztucznego oraz segmentem centralnym z panelu stalowego?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem podudzia i długości 560mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem ręcznym przewodowym bez regulacji przechyłów wzdłużnych z blokadą elektroniczną, blokowanym za pomocą centralnego panelu sterowania?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralnym panelem sterowania spełniającym wymagania opisane w pkt 15 z wyjątkiem pozycji do badań oraz Fowlera, które uruchamiane są za pomocą dwóch przycisków?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
6. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralnym panelem sterującym wyposażonym w elektroniczne zabezpieczenie uruchamiane przyciskiem?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
7. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości leża w zakresie 370 – 735mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją segmentu pleców 100mm oraz dodatkowo uda 60mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną kąta nachylenia segmentu ud do 35 stopni?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją elektryczną pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 15 stopni obustronnie?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą, która nie wymaga stosowania tworzywowej osłony?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z materacem wykonanym z pianki 30kg/m<sup>3</sup>, nacinanej w części centralnej poprzecznie?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

13. W związku z wymogiem dotyczącym barierek bocznych aby były zgodne z normą bezpieczeństwa EN-60601-2-52 czy Zamawiający będzie wymagał również bezpiecznego obciążenia roboczego na poziomie 250kg zgodnego z normami bezpieczeństwa tak aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pacjenta zarówno w kontekście barierek bocznych jak i wytrzymałości łóżka?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

14. Czy z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta w trakcie transportu (o które Zamawiający dba w przypadku barierek bocznych, wymagając zgodności barierek z normą EN-60601-2-52) Zamawiający będzie wymagał aby szczyty posiadały blokadę zabezpieczającą szczyt przed przypadkowym wyjęciem, co jest zgodne z normami bezpieczeństwa?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

15. W związku z wymogiem dotyczącym barierek bocznych aby były zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w elektroniczny system antyprzeciążeniowy wyłączający elektryczną regulację w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia roboczego, co gwarantuje bezpieczeństwo pacjenta, wykluczając ryzyko uszkodzenia, zarwania się segmentów czy też całego leża? Rozwiązanie zapewnia również dłużą żywotność sprzętu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

16. Czy łóżko ma posiadać barierki boczne, w którym pomiędzy szczeblami poziomymi po złożeniu powstaje minimum 30mm tak aby nie doszło do zmiżdżenia palców pacjenta lub personelu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

17. Czy Zamawiający będzie wymagał łóżko z segmentami leża wypełnionymi w ruchomych segmentach tworzywowymi panelami, dzięki czemu łatwo i szybko można umyć i zdezynfekować leże oraz podwozie a także rozwiązanie ułatwia wszelkie naprawy łóżka?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

18. W związku z wymogiem dotyczącym barierek bocznych aby były zgodne z normą bezpieczeństwa EN 60601-2-52 czy Zamawiający będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w elektroniczny system wyłączający wszystkie funkcję elektryczne (za wyjątkiem funkcji CPR) uruchamiany za pomocą wyraźnie oznaczonego przycisku na panelu centralnym?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Stół do badań endoskopowych

Stół zabiegowy przezierny dla RTG

1. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu pleców w zakresie 0-70 stopni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

2. Czy Zamawiający dopuści stół z listwami odbojowymi w postaci tworzywowego odlewu?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
3. Czy Zamawiający dopuści stół z uchwytami do prowadzenia od strony głowy i nóg wykonanymi ze stali lakierowanej z tworzywową nakładką?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją wysokości w zakresie 585 do 905mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
5. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga w zakresie 12 stopni obustronnie?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
6. Czy Zamawiający dopuści stół z poręczami bocznymi, które po złożeniu nie wystają ponad poziom materaca?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
7. Czy Zamawiający dopuści stół z materacem o grubości 6cm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Pytanie 1 – dotyczy pakietu 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie respiratorów Fabian Therapy Evolution firmy Acutronic/Vyaire o następujących parametrach:

- **Zasilanie**
  - Pozycja nr 4.2. Bez możliwości podłączenia zasilania stałego 12 i 24 VDC  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
  - Pozycja nr 4.3. Z wbudowanego akumulatora zapewniające min. 180 minut pracy  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
  - Pozycja nr 5. Waga aparatu – bez podstawy ok 9 kg  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
  - Pozycja nr 9. Możliwość współpracy z generatorami różnych producentów min.: Infant Flow, Infant Flow LP, MediJET, Inspire, Bez możliwości dla generatorów: NEO FLOW, NV Flow  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
- **Tryby oddechowe**
  - Pozycja nr 8.4. Bez funkcji synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta)



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

• **Parametry oddechowe regulowane**

- Pozycja nr 9.4. Czas wdechu od 0,15 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,01 sek.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- Pozycja nr 9.5. Częstość oddechowa co najmniej 2-60 odd/min

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

- Pozycja nr 9.6. PEEP/CPAP min. 2-13 cmH2O

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- Pozycja nr 9.7. Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 5-15 cmH2O

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- Pozycja nr 9.8. Ciśnienie Ręczne min. 5-15 cmH2O

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- Pozycja nr 9.9. Oddech manualny w zakresie 2-30 sekund (producent nie podaje przepływu podczas oddechu manualnego), podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na ekranie aparatu

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- Pozycja nr 9.10. Czas obserwacji bezdechu min. 2-20 sekund

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

• **Obrazowane parametry oddechowe**

- Pozycja nr 10.4. Bez obrazowania czasu wydechu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

• **Ekran**

- Pozycja nr 11.1. Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej min. 5,7"

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

• **Wyposażenie**

- Pozycja nr 11.1. Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania:

- wyświetlacz 3,5" TFT z automatycznym przyciemnieniem
- wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza,
- wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta,
- bez wyświetlania aktualnej temperatury płytki grzewczej
- zasilanie 230V, 50Hz,
- waga 2,3 kg (bez komory),
- moc max. 170W.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- Pozycja nr 11.3. Układ oddechowy noworodkowy z generatorem InfantFlow LP (bez jonów srebra)– 3 zestawy

- W skład zestawu wchodzi co najmniej:
- odcinek wdechowy podgrzewany dł. min. 1,2 m, śr. wew. 10 mm
- odcinek wydechowy niepodgrzewany
- łącznik nawilżacza z respiratorem dł. min. 0,6 m
- końcówka donosowa (3 szt.)



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

- odcinek pomiarowy min. dł. 1,8 m
- generator
- kołyska do zamocowania generatora na czepcu

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

- Pozycja nr 11.4. Adapter do funkcji nCPAP łączący komorę nawilżacza z respiratorem - 3 szt

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

- Pozycja nr 11.6. Czepiec do terapii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony do nieinwazyjnego wspomaganie oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do (bez możliwości stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej), z regulacją obwodu głowy, wykonany z miękkiego materiału zawierającego domieszkę Poliamidów i Poliuretanu o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki, z możliwością uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką. – łącznie 6 szt. w różnych rozmiarach

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

- Pozycja nr 11.8, 11.9. 11.9.1 Bez brzuszego czujnika pacjenta umożliwiającego synchronizację wspomaganie ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta oraz zintegrowanego lub na wyposażeniu urządzenie umożliwiającego wprowadzenie do terapii Infant Flow oddechów ratunkowych i rozprężających z regulowanym CPAP (co najmniej w zakresie 1-20 cmH2O) i PIP (co najmniej w zakresie 10-60 cmH2O) – również wykorzystujący efekt Coanda (dla zmiany kierunku przepływu gazów) dla jak najmniejszej pracy oddechowej noworodka (WOB), Waga max. 0,5 kg

**Odp. Zamawiający dopuszcza z zastrzeżeniem, że w miejsce brzuszego czujnika oddechów wymaga się dostarczenia innego czujnika, np. przepływowego.**

- Pozycja nr 12.2 - Ilość punktów serwisowych na terenie Polski – 1 punkt w Warszawie, serwisanci rozlokowani w Warszawie, Bytomiu i Krakowie

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Dotyczy:

Pakiet nr 8

łóżko z osprzętem ortopedycznym

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z segmentami leża wypełnionymi odejmowanymi płytami z tworzywa ABS przeziernymi dla promieni RTG, spełniającymi pozostałe wymogi SIWZ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o szerokości całkowitej 1005 mm?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości segmentu oparcia pleców 750 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o długości i szerokości leża 1960 x 870 mm?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w przewodowy pilot bez możliwości ustawienia funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga, funkcja ta jest dostępna z panelu pielęgniarzkiego, co zapewnia bezpieczeństwo pacjenta?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w panel pielęgniarzki bez możliwości automatycznego ustawienia pozycji Fowlera, oraz bez zabezpieczenia w postaci pokrywy, panel posiada możliwość selektywnego blokowania funkcji oraz przycisk aktywujący, który stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji? (panel dezaktywuje się po 3 min nieużywania, należy do aktywować za pomocą tego przycisku)  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko o wysokości minimalnej 400 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone w autoregresję odcinka pleców 100 mm do tyłu oraz 50 mm ku górze (ruch po okręgu)?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone regulację elektryczną kąta nachylenia segmentu ud 28°?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
10. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone regulację segmentu podudzia za pomocą zębalki 16°?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko wyposażone elektryczną regulację pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie 15°?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
12. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy łóżko z możliwością automatycznego ustawienia pozycji krzesła kardiologicznego, zaś pozycji Fowlera poprzez selektywne ustawienie poszczególnych segmentów?



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Wózek do transportu chorych

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek o wymiarach zewnętrznych 2130 x 830 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 mm?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją przechyłów wzdłużnych 12°?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek wyposażony w listwy odbojowe bez wyprofilowanych uchwytów do prowadzenia wózka, uchwyty takie znajdują się od strony nóg i głowy pacjenta, po bokach wózka funkcję tą pełnią barierki?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją segmentu pleców za pomocą dużej dźwigni znajdującej się na całej szerokości wezgiłowia?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek z regulacją segmentu uda 0 - 25°?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym 300 kg?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek wyposażony w materac z rzepami zapobiegającymi przesuwaniu się materaca?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy wózek wyposażony w nakładki na barierkach w tym samym kolorze, co listwy odbojowe?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół o szerokości całkowitej 830 mm?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**
2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 mm?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12°?  
**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

Stół zabiegowy

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół o wymiarach zewnętrznych 2130 x 830 mm?



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 mm?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją przechyłów wzdłużnych 12°?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół wyposażony w listwy odbojowe bez wyprofilowanych uchwytów do prowadzenia stołu, uchwyty takie znajdują się od strony nóg i głowy pacjenta, po bokach stołu funkcję tę pełnią barierki?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

5. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją segmentu pleców za pomocą dużej dźwigni znajdującej się na całej szerokości wezglowia?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

6. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół z regulacją segmentu uda 0 - 25°?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

7. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół o bezpiecznym obciążeniu roboczym 300 kg?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

8. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół wyposażony w materac z rzepami zapobiegającymi przesuwaniu się materaca?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

9. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy stół wyposażony w nakładki na barierkach w tym samym kolorze, co listwy odbojowe?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

Stół do badań endoskopowych

1. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół o szerokości całkowitej 830 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją wysokości w zakresie 580 – 887 mm?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości stół z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 12°?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu nr 8**

Czy dla umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców, Zamawiający wydzieli do odrębnego pakietu zadania:

- stół zabiegowy 1 szt.,
- wózek do transportu chorych 4 szt.?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Dotyczy pakietu nr 8**

**Zadanie: Łóżko z osprzętem ortopedycznym**

1. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie panelu sterującego (dla personelu) w którym regulacja wysokości oraz przechyły wzdłużne posiadają wspólną blokadę? Pozostałe parametry i funkcje panelu – zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. W zakresie pkt. 27: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie łóżka wyposażonego w centralną blokadę kół z funkcją koła kierunkowego – jako rozwiązanie lepsze od wymaganego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu nr 8**

**Zadanie: Stół do badań endoskopowych**

1. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o szerokości leża 630 mm, co nieznacznie, zaledwie o 20 mm odbiega od wymaganej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. W zakresie pkt. 24: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym poręcze boczne składane są obok ramy leża, a po złożeniu nie wystają poza poziom leża bez materaca? Uchwyt zwalniający pozwala na łatwe złożenie poręczy nawet przy użyciu jednej ręki.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu nr 8**

**Zadanie: Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG**

1. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o szerokości leża 630 mm, co nieznacznie, zaledwie o 20 mm odbiega od wymaganej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. W zakresie pkt. 24: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym poręcze boczne składane są obok ramy leża, a po złożeniu nie wystają poza poziom leża bez materaca? Uchwyt zwalniający pozwala na łatwe złożenie poręczy nawet przy użyciu jednej ręki.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Dotyczy pakietu nr 8**

**Zadanie: Stół zabiegowy 1 szt.**

1. W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o wymiarach zewnętrznych 2130 x 800 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

2. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z przechyłami wzdłużnymi w zakresie: Trendelenburg 17 stopni, anty-Trendelenburg 16 stopni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z bocznymi listwami odbojowymi w postaci metalowego płaskownika pokrytego tworzywową okładziną, chroniącego wózek na całej długości leża, bez uchwytów do prowadzenia? W oferowanym wózku uchwyty do prowadzenia znajdują się w szczytach.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

4. W zakresie pkt. 7: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z regulacją segmentu oparcia pleców wspomaganą sprężynami gazowymi w zakresie 0-70 stopni, rączka zwalniająca blokadę sprężyn gazowych umieszczona za segmentem oparcia pleców – na znacznej jego szerokości, jako obejmą, dla ułatwienia dostępu?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

5. W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z regulacją segmentu uda wspomaganą sprężynami gazowymi w zakresie 0-36 stopni?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

6. W zakresie pkt. 10: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu, w którym dodatkowe piąte koło kierunkowe, zwiększające zwrotność wózka, w pozycji uniesionej znajduje się ok. 5 mm ponad podłogą?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

7. W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu o bezpiecznym obciążeniu roboczym 230 kg?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

8. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z materacem o grubości 80 mm?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

9. W zakresie pkt. 16: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z materacem stabilizowanym na leżu za pomocą pasków rzepowych montowanych w specjalnych otworach w leżu? Rozwiązanie bardzo pewne, uniemożliwiające przesuwanie się materaca na leżu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

10. W zakresie pkt. 17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża, posiadającymi uchwyt zwalniający pozwalający na łatwe ich złożenie przy użyciu nawet jednej ręki, po złożeniu nie wystającymi ponad poziom leża bez materaca, zabezpieczającymi pacjenta na odcinku ok. 1237 mm (ok. 64-65% długości leża), o wysokości ok. 380 mm ponad poziom leża? Oferowane barierki posiadają pięć pionowych słupków i poprzeczkę poziomą górną. Barierki są metalowe z tworzywowymi przegubami.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

11. W zakresie pkt. 18: Z uwagi na niejasny zapis tego punktu, pytamy czy Zamawiający oczekuje aby stół posiadał uchwyty dla personelu do przetaczania umieszczone od strony głowy pacjenta z możliwością ich składania w sytuacjach ratunkowych oraz od strony nóg pacjenta zamontowane na stałe?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

12. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby stół posiadał haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

13. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby stół posiadał metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

14. Ponownie prosimy o wydzielenie stołu do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Dotyczy pakietu nr 8**

**Zadanie: Wózek do transportu chorych – 4 sztuki**

1. W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o wymiarach zewnętrznych 2130 x 800 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z przechyłami wzdłużnymi w zakresie: Trendelenburg 17 sto pni, anty-Trendelenburg 16 stopni?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

3. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z bocznymi listwami odbojowymi w postaci metalowego płaskownika pokrytego tworzywową okładziną, chroniącego wózek na całej długości leża, bez uchwytów do prowadzenia? W oferowanym wózku uchwyty do prowadzenia znajdują się w szczytach.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

4. W zakresie pkt. 7: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z regulacją segmentu oparcia pleców wspomaganą sprężynami gazowymi w zakresie 0-70 stopni, rączka zwalniająca blokadę sprężyn gazowych umieszczona za segmentem oparcia pleców – na znacznej jego szerokości, jako obejmą, dla ułatwienia dostępu?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

5. W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z regulacją segmentu uda wspomaganą sprężynami gazowymi w zakresie 0-36 stopni?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

6. W zakresie pkt. 10: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka, w którym dodatkowe piąte koło kierunkowe, zwiększające zwrotność wózka, w pozycji uniesionej znajduje się ok. 5 mm ponad podłogą?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

7. W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka o bezpiecznym obciążeniu roboczym 230 kg?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

8. W zakresie pkt. 15: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z materacem o grubości 80 mm?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

9. W zakresie pkt. 16: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z materacem stabilizowanym na leżu za pomocą pasek rzepowych montowanych w specjalnych otworach w leżu? Rozwiązanie bardzo pewne, uniemożliwiające przesuwanie się materaca na leżu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

10. W zakresie pkt. 17: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wózka z barierkami bocznymi składanymi wzdłuż ramy leża, posiadającymi uchwyt zwalniający pozwalający na łatwe ich złożenie przy użyciu nawet jednej ręki, po złożeniu nie wystającymi ponad poziom leża bez materaca, zabezpieczającymi pacjenta na odcinku ok. 1237 mm (ok. 64-65% długości leża),



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

o wysokości ok. 380 mm ponad poziom leża? Oferowane barierki posiadają pięć pionowych słupków i poprzeczkę poziomą górną. Barrierki są metalowe z tworzywowymi przegubami.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

11. W zakresie pkt. 18: Z uwagi na niejasny zapis tego punktu, pytamy czy Zamawiający oczekuje aby wózek posiadał uchwyty dla personelu do przetaczania umieszczone od strony głowy pacjenta z możliwością ich składania w sytuacjach ratunkowych oraz od strony nóg pacjenta zamontowane na stałe?

**Odp. Wózek powinien być wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia od strony nóg i głowy umieszczone w narożnikach.**

12. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wózek posiadał haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

13. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wózek posiadał metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

14. Ponownie prosimy o wydzielenie wózka do odrębnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Dotyczy pakietu nr 8**

**Zadanie: Stół zabiegowy 1 szt.**

**Zadanie: Wózek do transportu chorych – 4 sztuki**

1. W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta o wymiarach zewnętrznych 2108 mm x 813 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. W zakresie pkt. 2: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta, którego leże posiada wymiary 1905 mm x 660 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. W zakresie pkt. 3: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta z regulacją wysokości w zakresie 525 mm – 870 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl







**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

4. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu pacjenta z regulacją przechyłów wzdłużnych w zakresie  $-12^{\circ}$  -  $+12^{\circ}$ ?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

5. W zakresie pkt. 6: Czy Zamawiający dopuści wózek do transportu z przeziernym segmentem oparcia pleców oraz tworzywowymi listwami odbojowymi zintegrowanymi z barierkami bocznymi? Wózek wyposażony w składane pod leże uchwyty do prowadzenia od strony nóg i głowy pacjenta.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

6. W zakresie pkt. 8: Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją segmentu ud za pomocą mechanizmu korbowego w zakresie 0-25 stopni? Segment podudzia regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

7. W zakresie pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta wyposażony w piąte koło sterujące znajdujące się 90 mm nad podłogą w pozycji podniesionej?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. W zakresie pkt. 11: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta o bezpiecznym obciążeniu roboczym pozwalającym na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji wynoszącym 317,5 kg?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

9. W zakresie pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta wyposażony w materac stabilizowany za pomocą rzepów znajdujących się na spodzie materaca i powierzchni leża wózka?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

10. W zakresie pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta wyposażone w barierki boczne w pełni zabezpieczające pacjenta składane wzdłuż ramy leża z niezależnymi dźwigniami zwalniającymi blokadę umiejscowionymi w dolnej części barierki od strony nóg pacjenta? Barierki składają się z pięciu pionowych szczelbi połączonych tworzywowymi nakładkami.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

11. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjenta z dwoma uchwytami na worki drenażowe oraz uchwytami na pasy do stabilizowania pacjenta, po 3 z każdej strony wózka ale bez metalowych relingów?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8**

**Stół do badań endoskopowych**

1. Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości bez poręczy bocznych 800 mm i szerokości całkowitej z poręczami bocznymi 850 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listew odbojowych?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

4. Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym chromowane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka, umieszczone są od strony głowy pacjenta, bez możliwości ich składania oraz bez tworzywowej nakładki? Możliwe jest wyciągnięcie uchwytu od strony głowy pacjenta.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

5. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym chromowane uchwyty do przetaczania od strony nóg pacjenta zamocowane są na stałe, ale nie posiadają tworzywowej nakładki.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

6. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnej dostępnej z jednej strony wózka od strony nóg pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

7. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone są z jednej strony podstawy wózka- od strony nóg pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 15° dla obu funkcji?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

9. Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z osłoną podstawy z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową? Natomiast pod leżem, od strony nóg pacjenta znajduje się kosz na podręczne rzeczy pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

10. Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w którym poręcze boczne składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki. Poręcze boczne po ich złożeniu tylko w jednym miejscu wystają o 5 cm ponad poziom leża bez materaca. Poniżej zdjęcie poglądowe na którym zaznaczono ten odcinek.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z poręczami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1165 mm oraz wysokości 335 mm mierzonej od leża bez materaca?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Punkt 27 tabeli: Punkt 27 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek który w narożnikach leża posiada dodatkowe tulejki do mocowania wieszaka kroplówki lub innego wyposażenia do wózka.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

13. Punkt 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem z pokrowcem ze skaju o grubości 6cm z zamkiem, wodoszczelny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pakiet nr 8**

#### **Stół zabiegowy przezierny dla promieni RTG**

1. Punkt 5 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości bez poręczy bocznych 800 mm i szerokości całkowitej z poręczami bocznymi 850 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Punkt 9 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listew odbojowych?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

4. Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym chromowane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka, są umieszczone od strony głowy pacjenta, bez możliwości ich składania oraz bez tworzywowej nakładki? Możliwe jest wyciągnięcie uchwytu od strony głowy pacjenta.



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

5. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek, w którym chromowane uchwyty do przetaczania od strony nóg pacjenta zamocowane są na stałe, ale nie posiadają tworzywowej nakładki.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

6. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnej dostępnej z jednej strony wózka od strony nóg pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

7. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone są z jednej strony podstawy wózka- od strony nóg pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

8. Punkt 18 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowaną hydraulicznie przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanych funkcji. Dźwignie umieszczone są z jednej strony podstawy wózka- od strony nóg pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

9. Punkt 19 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 15° dla obu funkcji?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

10. Punkt 20 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z osłoną podstawy z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową? Natomiast pod leżem, od strony nóg pacjenta znajduje się kosz na podręczne rzeczy pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

11. Punkt 24 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek w którym poręcze boczne składane na ramę leża posiadające uchwyt zwalniający, który pozwala na łatwe ich opuszczenie przy użyciu jednej ręki. Poręcze boczne po ich złożeniu tylko w jednym miejscu wystają o 5 cm ponad poziom leża bez materaca. Poniżej zdjęcie poglądowe na którym zaznaczono ten odcinek:

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Punkt 25 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z poręczami bocznymi zabezpieczającymi pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej na długości 1165 mm oraz wysokości 335 mm mierzonej od leża bez materaca?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

13. Punkt 27 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek który w narożnikach leża posiada dodatkowe tulejki do mocowania wieszaka kroplówki lub innego wyposażenia do wózka.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

14. Punkt 28 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem z pokrowcem ze skaju o grubości 6cm z zamkiem, wodoszczelny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 8**

**Stół zabiegowy – 1 sztuka**

1. Punkt 1 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach zewnętrznych 2100x 860 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Punkt 2 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach leża 1925 x 725 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. Punkt 6 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listwy pełniącej funkcji odbojników?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

4. Punkt 7 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w zakresie od 0° do 70°?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

5. Punkt 8 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z Regulacją segmentu uda wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 30°. Dźwignia zwalnająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie uda po obu stronach. Segment podudzia regulowany za pomocą rastomatu.

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

6. Punkt 10 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z dodatkowym piątym kołem pod leżem, zwiększającym zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 8 mm nad podłogą.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

7. Punkt 11 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z bezpiecznym obciążeniem roboczym pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji 250 kg?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

8. Punkt 13 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek bez listew odbojowych?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
9. Punkt 14 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z osłoną podstawy z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową? Natomiast pod leżem, od strony nóg pacjenta znajduje się kosz na podręczne rzeczy pacjenta?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
10. Punkt 15 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem z pokrowcem ze skaju o grubości 6 cm z zamkiem, wodoszczelny?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
11. Punkt 16 tabeli: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu: Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową?  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**
12. Punkt 17 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowymi, zabezpieczającymi pacjenta na  $\frac{3}{4}$  długości, składanymi wzdłuż ramy leża. Barierki zwalniane jedną ręką, za pomocą zatrzasku umieszczonym na dolnej poprzeczce. Zdjęcie poglądowe poniżej:  
**Odp. Zgodnie z SWZ.**

**Pakiet nr 8**

**Łóżko z osprzętem ortopedycznym**

1. Czy Zamawiający w punkcie 1 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, którego konstrukcja wykonana jest z prostokątnych profili ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lakierem poliestrowo, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z wymaganymi parametrami

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym leże wypełnione jest czterema lekkimi (wyjmowanymi bez użycia narzędzi) i wytrzymałymi panelami z polipropylenu? Panele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Panele z tworzywa przezierne dla promieni RTG.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

3. Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym leże ma szerokość 880 mm natomiast długość jest regulowana w trzech zakresach: 1920 – 2030 – 2150 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający w punkcie 13 Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w 4 tuleje od strony głowy pozwalające zamontować akcesoria takie jak np. wieszak kroplówki i uchwyt



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

pacjenta oraz dodatkowo zainstalować ramę ortopedyczną? Rozwiązanie pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń w sali chorych gdyż wszystkie akcesoria znajdują się na łóżku pacjenta

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

5. Czy punkcie 13 Zamawiający dopuści do zaoferowania wieszak kroplówki, który ma możliwość montażu w tulejach wyłącznie od strony głowy? Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody to czy będzie wymagał aby łóżko było wyposażone w dodatkowy wieszak kroplówki z możliwością montażu od strony nóg pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

6. Czy Zamawiający w punkcie 14 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym blokowanie funkcji odbywa się pomocą dedykowanego przycisku na panelu sterowania dla personelu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

7. Prosimy o wyjaśnienie co punkcie 15 Zamawiający ma na myśli:

„ustawienie pozycji do badań uruchamiana jednym przyciskiem”

Na czym ma polegać ta regulacja i jakich badań ma dotyczyć?

Czy funkcja ta ma powodować wyrównanie wszystkich pozycji i obniżenie leża do pozycji wygodnej do przeprowadzenia badań?

**Odp. Zamawiający usunie pkt 15.**

8. Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym panel sterowania zamiast pokrywy zabezpieczającej przed przypadkowym uruchomieniem posiada blokadę funkcji, która uruchamia się w prosty i intuicyjny sposób?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca wynosi 760 mm co tylko nieznacznie różni się od wymogu? Najniższa pozycja wynosi tylko 320 co jest parametrem lepszym od wymaganego

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

10. Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża wynosi 62° co jest parametrem w zupełności wystarczającym aby osiągnąć pełną pozycję krzesła kardiologicznego lub pozycję wygodną dla pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

11. Czy Zamawiający w punkcie 20 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża wynosi  $20^{\circ}$  co jest parametrem w zupełności wystarczającym aby osiągnąć wygodną pozycję fotela?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Czy Zamawiający w punkcie 21 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej wynosi  $16^{\circ}$  co jest parametrem w zupełności wystarczającym aby osiągnąć pozycję fowlera?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

13. Czy Zamawiający w punkcie 22 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne, w którym regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi  $12^{\circ}$  obustronnie?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

14. Czy Zamawiający w punkcie 28 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy łóżko szpitalne bez tworzywowej osłony podstawy łóżka, gdyż posiada otwartą konstrukcję co ułatwia czyszczenie i znacznie przyspiesza dostęp do części, a także skraca czas czynności serwisowych, co przekłada się na obniżenie kosztów ewentualnego serwisu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

15. W punkcie 29 prosimy o wyjaśnienie jakie osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu Zamawiający ma na myśli i czemu mają one służyć lub prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie zapisu.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

16. Czy Zamawiający w punkcie 32 zgodzi się na elementy odbojowe chroniące łóżko przed uszkodzeniami:

Krażki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krażki obrotowe wokół własnej osi – średnica krajków 82 mm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

17. Czy Zamawiający w punkcie 33 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac piankowy z pokrowcem, który spełnia wyższe standardy niż pokrowiec wymagany tj. Tkanina poliestrowa nie bielona, powlekana certyfikowaną membraną poliuretanową? Reszta parametrów materaca i pokrowca spełniona

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

18. Czy Zamawiający w punkcie 33 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy materac piankowy z pokrowcem, który posiada certyfikaty PZH na elementy materaca tj. pianka oraz pokrowiec z osobna? Proponowane rozwiązanie jest tożsame z parametrem wymaganym

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 8**

**Wózek do transportu chorych – 4 sztuki**

1. Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, w którym regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna wynosi 12° co jest parametrem w zupełności wystarczającym aby osiągnąć pełną pozycję Trend. I anty-Trend?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

2. Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej wyposażonym w leże dwusegmentowe z regulacją pochylenia oparcia pleców?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

3. Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, w którym leże wyposażone jest w tunel na kasetę do RTG z płynną regulacją na całej długości co umożliwi wykonywanie zdjęć w dowolnym miejscu, nie tylko w segmencie pleców oraz odbojniki które wystają poza obrys wózka chroniąc przed uszkodzeniami bez konieczności stosowania listew?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

4. Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z regulacją segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 87° co tylko nieznacznie różni się od wymogu? Rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

5. Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z kołami o średnicy 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie (trzy kolory): Hamulec centralny, ruch swobodny oraz koło kierunkowe ułatwiające jazdę na wprost?

5-koło w oferowanym wózku jest opuszczone na stałe co pozwala ograniczyć ilość wykonywanych czynności w trakcie użytkowania i ułatwić obracanie wózkiem w dowolnym momencie

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

6. Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, w którym 5-koło jest opuszczone na stałe co pozwala ograniczyć ilość wykonywanych czynności w trakcie użytkowania i ułatwić obracanie wózkiem w dowolnym momencie?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

7. Czy Zamawiający w punkcie 11 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z udźwigiem 250 kg?



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

8. Czy Zamawiający w punkcie 12 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej, w którym leże oparte jest na dwóch ramionach płaskich, przegubowych, w układzie trapezowym, w którym siłowniki hydrauliczne ukryte są pod pokrywą podwozia, co znacznie przedłuża ich żywotność i zabezpiecza siłowniki przed uderzeniami?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

9. Czy Zamawiający w punkcie 15 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z materacem o grubości 6,5 cm, który dzięki odpowiedniej gęstości pozwala na przebywanie na nim pacjentowi do 24h?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

10. Czy Zamawiający w punkcie 16 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z materacem mocowanym do leża za pomocą specjalnych rzepów?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

11. Czy Zamawiający w punkcie 17 dopuści na zasadzie równoważności barierki boczne o poniższych parametrach?

Zintegrowane barierki boczne opuszczane do poziomu leża wózka wykonane ze stali nierdzewne pokrytej chromem w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta. Barierki składające się z pięciu pionowych szczelbli połączonych tworzywowymi nakładkami

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

12. Czy Zamawiający w punkcie 18 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej wózek wyposażony w składane uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony głowy z regulacją wysokości?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

13. Czy Zamawiający w punkcie 19 dopuści do zaoferowania wysokiej klasy wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej wyposażony w uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie po 3 z każdej strony leża, które mogą służyć również jako miejsce do zaczepienia worków urologicznych?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

13. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby wózek był wyposażony w standardzie w odłączaną półkę na monitor o udźwigu 12 kg, która pełni również rolę miejsca na kartę pacjenta?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

14. Czy Zamawiający dopuści lub będzie wymagał aby wózek był wyposażony w standardzie w dwa wieszaki kroplówki w tym jeden składany umieszczony w szczycie od strony głowy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 3:**

**Pozycja numer 3:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 na zasadzie równoważności ofert czas ładowania do maksymalnej energii (360 J) < 10 sekund.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Pozycja numer 18:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 18 na zasadzie równoważności ofert pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 30 – 300 uderzeń na minutę.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycja numer 24:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 24 na zasadzie równoważności pomiar tętna w zakresie min. 30-240 ud./min.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pozycja numer 25:** Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 25 na zasadzie równoważności możliwość rozbudowy o pomiar NIBP w trybie automatycznym w interwałach czasowych minimum 1-60 minut.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pakiet nr 7**

**Pytanie 1**

*Zakres mAs min. 0,5-500 mAs, podać*

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z zakresem 0,1-320 mAs.  
Powyższy zakres jest wystarczający do wykonania wszystkich badań rtg.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2**

*Minimalny czas ekspozycji  $\leq 1$  ms, podać*

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy aparat rtg z minimalnym czasem ekspozycji 3 ms.  
Wymagany zakres nie jest zakresem diagnostycznym i nie wykonuje się ekspozycji z tak krótkim czasem ekspozycji.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3**

*Waga  $\leq 520$  kg, podać*

Prosimy o dopuszczenie cyfrowego aparatu rtg o wadze 575kg.  
Powyższa różnica nie ma istotnego znaczenia gdyż ruch aparatu jest wspomagany motorowo.  
Dodatkowo wyważenie aparatu powoduje, iż nawet w przypadku rozładowania akumulatorów istnieje możliwość swobodnego przemieszczania urządzenia przez jedną osobę.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

*Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi  $\leq 60$  cm, podać*

Prosimy o dopuszczenie aparatu o minimalnej wysokości ogniska lampy od podłogi wynoszącej 72,4 cm.



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

Powyższa zmiana nie wpływa na możliwości wykonywania badań, ponieważ nie wykonuje się projekcji w takim zakresie.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5**

*Pochylenie lampy wzdłuż osi lampy min. +90° do -30°, podać*

Prosimy o dopuszczenie cyfrowego aparatu rtg z zakresem pochylenia lampy wzdłuż osi lampy wynoszącym +90° do -20°. Powyższa różnica nie wpływa na właściwości diagnostyczne i użytkowe aparatu rtg.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6**

*Zakres obrotu kolimatora min. +/- 120°, podać*

Prosimy o dopuszczenie cyfrowego aparatu rtg z zakresem obrotu kolimatora wynoszącym  $\pm 90^\circ$ . Powyższy zakres w powiązaniu z zakresem obrotu kolumny zapewnia wykonywanie dowolnych badań rtg.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7**

*Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej  $\geq \pm 320^\circ$ , podać*

Prosimy o dopuszczenie cyfrowego aparatu rtg z zakresem obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej wynoszącym  $\pm 270^\circ$ .

Powyższy zakres umożliwia szeroki zakres badań i swobodne usytuowanie aparatu do badania rtg.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8**

*Funkcja precyzyjnego pozycjonowania aparatu przy łóżku pacjenta przyciskami na obudowie lampy rtg. Co najmniej następujące możliwości motorycznego pozycjonowania;*

*-jazda do przodu, jazda do tyłu, obrót aparatu w prawo, obrót aparatu w lewo*

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania.

Powyższa funkcjonalność jest charakterystyczna dla konkretnego dostawcy aparatów rtg.

Oferowany przez naszą firmę aparat dzięki dużemu zasięgowi ruchu poziomego lampy i szerokiemu zakresowi obrotu kolumny lampy rtg umożliwia swobodne pozycjonowanie do badania rtg.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 9**

*Maksymalna moc w małym ognisku  $\geq 22$  kW, podać*

Prosimy o dopuszczenie cyfrowego aparatu rtg o maksymalnej mocy małego ogniska wynoszącej 19,5 kW.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

**Pytanie 10**

*Maksymalna moc w dużym ognisku  $\geq 53$  kW, podać*

Prosimy o dopuszczenie cyfrowego aparatu rtg o maksymalnej mocy dużego ogniska wynoszącej 43,2 kW .

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 11**

*Dodatkowe filtry tak, min. 1Al + 0.1 Cu, 1Al + 0.2 Cu, 1Al, lub 0,1, / 0,2 / 0,3 mm Cu; podać*

Prosimy o dopuszczenie cyfrowego aparatu rtg z następującymi wartościami filtrów dodatkowych: 1Al + 0.1 Cu, 1Al + 0.2 Cu, 2 Al.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 12**

*Ilość ekspozycji możliwych do wykonania na w pełni naładowanej baterii*

*Podać 340-370 – 5 pkt.*

*>370 – 10 pkt.*

Prosimy o potwierdzenie czy powyższe wymaganie dotyczy baterii detektorów czy akumulatora aparatu rtg.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści aparat rtg umożliwiający wykonanie z akumulatora aparatu 120 ekspozycji i przejazd odległości wynoszącej 2,4 km.

Jednocześnie bateria detektora umożliwia wykonanie 340 ekspozycji.

Producent nie podaje osobno jaka jest możliwa do wykonania na akumulatorze aparatu maksymalna ilość ekspozycji bez przemieszczania aparatu.

Oferowane wartości są wystarczające do zapewnienia ciągłości pracy aparatu rtg.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 13**

*Czas pełnego naładowania baterii w ładowarce nastołowej  $\leq 2$  godziny, podać*

Prosimy o dopuszczenie detektorów dla których czas pełnego naładowania baterii w ładowarce nastołowej wynosi 3h.

Oferowany detektor umożliwia wykonanie 340 ekspozycji na jednej baterii.

Zamawiający wymaga dostawy 2 baterii co gwarantuje ciągłość pracy aparatu rtg.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 14**

*Czas pozyskiwania obrazu końcowego (tryb bezprzewodowy) maks 6 s, podać*

Prosimy o dopuszczenie aparatu rtg dla którego czas pozyskania obrazu końcowego tryb bezprzewodowy w pełnej rozdzielczości wynosi 10s.

Powyższa różnica nie ma wpływu na przepustowość aparatu rtg gdyż czas przygotowania pacjenta do badania jest wielokrotnie dłuży niż czas oczekiwania na wyświetlenie badania.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

**Pytanie 15**

*Wbudowana pamięć detektora TAK, min 200 zdjęć, podać*

Prosimy o dopuczenie aparatu rtg bez powyższej funkcjonalności.

Powyższa funkcjonalność bez możliwości przypisania zdjęciaw pamięci detektora dla konkretnego pacjenta może prowadzić do pomyłek a w konsekwencji niewłaściwej diagnozy.

Aktualnie dostępne rozwiązania są trudne do wykorzystania w diagnostyce szpitalnej i narażają Zamawiającego w przypadku błędu na wysokie kary finansowe.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 16**

*Detektor bezprzewodowy - pediatryczny*

*Waga Max. 2 kg*

Czy Zamawiający dopuści detektor pediatryczny o wadze 2,18 kg.

Różnica jest minimalna i wynika z faktu że oferowany detektor posiada klasę odporności IP57.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 17**

*Wyświetlacz OLED ze wskaźnikiem min. naładowanie baterii detektora, Wi-Fi*

Czy Zamawiający dopuści detektor pediatryczny ze wskaźnikami Led określającymi naładowanie baterii i siłę sygnału Wi-Fi?

Wyświetlacze OLED jest rozwiązaniem firmy Samsung .

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**



ISO 9001



AC 014

Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl



9001