SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY
ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

Słupca, dnia 09.02.2022 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/4/2022

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **usługę sterylizacji materiału wraz z transportem.**

Pytania dot. kształtu formularza cenowego:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kształtu formularza cenowego celem dokładniejszej wyceny świadczonej u Państwa usługi? Propozycja formularza znajduje się w załączniku.
   Odp. Zgodnie z SWZ.

2. Czy częściowy proces dekontaminacji dotyczy jedynie bielizny i materiału opatrunkowego?
   Odp. Częściowy proces dekontaminacji dotyczy sterylizacji bielizny dla pacjentów oparzonych oraz wybranego sprzętu, który nie może być poddany całkowitemu procesowi dekontaminacji, np. filtry do respiratora lub inkubatora. Zamawiający nie będzie przekazywał do sterylizacji materiału opatrunkowego.

3. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG mówi, iż: "Instytucje zdrowia publicznego powinny mieć możliwość produkowania, modyfikowania i używania wyrobów we własnym zakresie, tak by zaspokajać, na skalę nieprzemysłową, szczególne potrzeby docelowych grup pacjentów, których to potrzeb nie można zaspokoić na odpowiednim poziomie działania za pomocą dostępnych na rynku równoważnych wyrobów." Czy przekazywane do sterylizacji wyroby opatrunkowe spełniają to kryterium? Czy jest opracowana dla tych wyrobów Dokumentacja techniczna, zgodnie z zapisami w/w Rozporządzenia?
   Odp. Zamawiający nie będzie przekazywał do sterylizacji wyrobów opatrunkowych.

4. Czy zamawiający dopuści stosowanie rękawów papierowo - foliowych lub torebek włókninowo - foliowych, zamiast torebek papierowo - foliowych z fałdą?
   Odp. Zamawiający dopuszcza jeżeli okres przydatności do użytku jest taki sam lub dłuższy jak rękawów papierowo – foliowych z fałdą.

5. Czy zamawiający dopuści stosowanie torebek włókninowo - foliowych lub włókniny w połączeniu z papierem sterylizacyjnym zamiast torebek papierowo - foliowych z fałdą?
   Odp. Zgodnie z SWZ.

Pytania dot. opisu przedmioty zamówienia

1. Czy w związku z czasem wykonania usługi 24 godz. - czy wyroby odebrane w piątek są do zwrotu w sobotę?
   Odp. Zamawiający zmienia zapis na następujący: „Usługa zostanie wykonana w terminie 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do czwartku, natomiast materiał przekazany w piątek rano w godz. 8.00-8.30 będzie zwrócony w piątek popołudniu w godz. 14.30-15.00, a materiał przekazany w piątek po południu zostanie zwrócony w poniedziałek do godz. 8.30, a zwrot potwierdzony protokołem wydania/przyjęcia."

2. Jaki ma zakres kontrola, konserwacja, układanie w zakresie realizacji usługi sterylizacji bielizny i materiału opatrunkowego?
   Odp. Sterylizacja bielizny dla pacjentów oparzonych polega na pakowaniu w opakowania sterylizacyjne i poddawaniu procesowi sterylizacji.

3. Dot. pkt 10, OPZ
   Czy Zamawiający dopuści kuwety o następujących wymiarach:
   Dł. zewn. 610 mm
   Szer. zewn. 400 mm
   Wys. zewn. 190 mm
   Odp. Kuwety muszą mieć minimalne wymiary: dł. - 64, szer. - 45, wys. - 22 cm.