



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

Słupca, dnia 21.03.2022 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/7/2022

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego**

Wyjaśnienia treści SWZ

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu na dostawę mebli medycznych.

1) Dotyczy zapisów SWZ pkt. IV

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 6-8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Odp.: Termin realizacji przedmiotu zamówienia pozostaje bez zmian. Zgodnie z SWZ wynosi 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

2) Dotyczy załącznika nr 3 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zwracamy się z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w opisach przedmiotu zamówienia w zakresie wymaganego roku produkcji oferowanego wyposażenia.

Odp.: Zamawiający poprawił omyłkę.

3) Dot. Zał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia – Meble blok

1. Szafa czterodrzwiowa z półkami – 2 sztuki (*)

Czy Zamawiający dopuści szafę opisaną poniżej?

Szafa o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo.

Zamykana na klucz.

Szafa dwudrzwiowa wyposażona w 4 półki.

Możliwość regulacji położenia półek.

Szerokość 900 mm.

Głębokość 400 mm.

Wysokość 1850 mm.

Odp.: Dopuszcza



Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

2. Szafa z drążkiem na ubrania – 1 sztuka ()**

Pytanie 1, lp. 5

Czy Zamawiający dopuści szafę o szerokości 900 mm?

Odp.: Dopuszcza

**5) Dot. Zał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia – Meble blok- Wyposażenie meblowe – 1 piętro
– Pomieszczenie mycia lekarzy P.1.46**

Poz. 5. Szafka wolnostojąca stal lakierowana szer. 83 cm

Prosimy o dookreślenie wymaganego rodzaju blatu na opisaną szafkę.

Odp.: Błat ze stali nierdzewnej

**6) Dot. Zał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia – Meble blok- Wyposażenie meblowe – 1 piętro
– Pom. 1.45 Brudownik mycie narzędzi**

Poz. 6 Szafka dwudrzwiowa zlewozmywakowa

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę trzydrzwiową o wymiarach 1400x700x900 mm z zachowaniem pozostałych wymagań opisu?

**Odp.: Dopuszczamy szafkę trzydrzwiowa, wymiary zgodnie z opisem
1400x600x850 mm**

**7) Dot. Zał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia – Meble Izba Przyjęć- Wyposażenie meblowe –
Parter– Pom. P0.30 BRUDOWNIK
Poz. 2 Stół roboczy z szafką i zlewem**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania - Stół roboczy z szafką i zlewem ze stali, stół roboczy, stanowisko zlewozmywakowe (1-komora o wymiarze 400x400x250 mm) , pod blatem szafka dwudrzwiowa – 1 szt. o wymiarze 1300x600x900 mm ?

Odp.: Dopuszcza

**8) Dot. Zał. Nr 3 Opis przedmiotu zamówienia – Meble Oddział Ginekologiczno- Położniczy -
Wyposażenie meblowe –1 Piętro – Pom. P1.03 BRUDOWNIK
Poz. 1 Stół roboczy z szafką i zlewem ze stali**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania - Stół roboczy z szafką i zlewem 1 komorowym (wymiar komory 400x400x250 mm) , ze stali. Stół roboczy - stanowisko zlewozmywakowe 1300x600x900 mm, pod blatem szafka dwudrzwiowa -1 szt.

Odp.: Dopuszcza

9) Dot. Szafa mobilna ze stali lakierowanej – 2 sztuki BLOK OPERACYJNY

Pytanie 1, lp. 1

Czy Zamawiający dopuści wszystkie półki w szafie wykonane ze szkła zgodnie z wymogiem ujętym w opisie przedmiotu zamówienia w lp. 2?

Odp.: Zgodnie z opisem



Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335
REGON: 000306621
KRS: 0000033422

10) **Dotyczy zał. Nr 2 Formularz Cenowy oraz Zał. Nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia – Blok operacyjny.**

W związku z rozbieżnościami ilościowymi pomiędzy Formularzem ofertowym a Opiszem Przedmiotu Zamówienia w zakresie wyposażenia Bloku Operacyjnego, zwracamy się z prośbą o zamieszczenie kompatybilnych plików celem przygotowania poprawnej oferty.

Odp.: Ilość zawarta w formularzu cenowym jest zgodna z ilością w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.



Dział Zamówień Publicznych
tel. 63 275 23 00 wew. 486
eurbaniak@szpital.slupca.pl

