



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

Słupca, dnia 20.04.2022 r.

Dot. SPZOZ/ZP/382/9/2022

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Wyjaśnienia treści SWZ**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na dostawę odczynników oraz dzierżawę analizatora biochemicznego.**

1. Dotyczy pkt. 9 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop?

**Odp. Tak, zamawiający wymaga aby zaoferowany analizator miał możliwość dostawiania lub wymiany odczynników w sposób ciągły w dowolnym czasie pracy analizatora bez konieczności zmiany trybu pracy na Standby, Pauza, Wstrzymanie czy Stop.**

2. Dotyczy pkt. 10 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Czy Zamawiający dopuści taki system chłodzenia w stałej temperaturze który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi co gwarantuje stabilność tych materiałów zgodnie z rekomendacjami producenta?

**Odp. Tak, zamawiający dopuści system chłodzenia w stałej temperaturze, który jest zgodny z wymogami producenta i który opisany jest w instrukcji obsługi jeśli gwarantuje on stabilność odczynników zgodnie z rekomendacjami producenta.**

3. Dotyczy pkt. 18 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Prosimy o doprecyzowanie czy oprócz identyfikacji próbek za pomocą kodów kreskowych, Zamawiający wymaga takiej identyfikacji również dla odczynników?

**Odp. Tak, zamawiający wymaga identyfikacji odczynników za pomocą kodów kreskowych.**

4. Dotyczy pkt. 19 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Prosimy o doprecyzowanie do jakiej ilości próbek (procentowo lub ilościowo) należy zapewnić możliwość wykonania analiz w mikronaczynkach?

**Odp. Należy zapewnić możliwość wykonania analiz w mikronaczynkach dla 15% ilości wszystkich próbek.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335

REGON: 000306621

KRS: 0000033422

5. Dotyczy pkt. 31 Specyfikacji technicznej analizatora biochemicznego, Załącznik nr 6: Prosimy o podanie nazwy i dostawcy preferowanego przez Zamawiającego programu zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości

**Odp. Dostawca zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości – RANDOX, program zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości- RIQAS.**

6. "Dotyczy Formularza cenowego, poz. TIBC, Załącznik nr 2:

Czy Zamawiający uzna za spełniony parametr możliwość zaoferowania testu do oznaczania utajonej zdolności wiązania żelaza (UIBC)?

Wartość parametru całkowitej zdolności wiązania żelaza (TIBC) określana jest automatycznie przez analizator, wykorzystując oznaczone wartości parametrów UIBC i Fe dla danej próbki badanej. Czy do wyspecyfikowanej ilości oznaczeń żelaza należy doliczyć ilość potrzebną na wykonanie testu TIBC? "

**Odp. Tak, zamawiający uzna za spełniony parametr możliwość zaoferowania testu UIBC. Do wyspecyfikowanej ilości oznaczeń żelaza należy doliczyć wtedy ilość oznaczeń żelaza potrzebną do wykonania testu TIBC.**

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie tego postępowania?

**Odp. Zgodnie z SWZ.**

Dotyczy wzoru umowy - Zał nr. 4

Par. 3 ust. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur na adres e-mail: [biuro@szpital.slupca.pl](mailto:biuro@szpital.slupca.pl). Dokumenty elektroniczne można przysyłać także za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.**

Par. 5 ust.1 tiret 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5-dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
[eurbaniak@szpital.slupca.pl](mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl)





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

Par. 5 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

Par. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie:

Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Par. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

Dotyczy wzoru umowy - Zał nr 5

1. Par. 4 ust. 2 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu ubezpieczenia aparatury określonego w niniejszym postanowieniu umowy? Uzasadnienie:

Ubezpieczenie urządzenia leży w strefie autonomicznych uprawnień Wykonawcy jako właściciela przedmiotu dzierżawy, dlatego umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym nie powinna regulować tej kwestii

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Par. 7 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną i mógłby podać adres mailowy, na który można fakturę w tej formie wysłać?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur na adres e-mail: [biuro@szpital.slupca.pl](mailto:biuro@szpital.slupca.pl). Dokumenty elektroniczne można przysyłać także za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
[eurbaniak@szpital.slupca.pl](mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl)





**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W SŁUPCY**

ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  
www.szpital.slupca.pl

NIP: 667-15-34-335  
REGON: 000306621  
KRS: 0000033422

3. Par. 12 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca" na "z przyczyn zwinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

4. Par. 12 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

**Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.**

5. Par. 13 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę.**

6. Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającej pandemii stanowią okoliczności siły wyższej?

**Odp. Tak.**

7. Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

**Odp. Zamawiający zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru Zamawiającego.**

8. Par. 15 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odp. Tak.**



Dział Zamówień Publicznych  
tel. 63 275 23 00 wew. 486  
eurbaniak@szpital.slupca.pl

